

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia  
publicznego poniżej 206 000 EURO  
w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  
/Dz.U.z 2006 nr. 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami / zwaną dalej P.Z.P.**

**1. Nazwa oraz adres zamawiającego**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,  
ul. Szpitalna 16, 37- 200 Przeworsk**  
tel, fax 016 648 72 19  
strona internetowa : <http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip>  
e-mail : [zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl](mailto:zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl)

**2. Tryb udzielenia zamówienia:**

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

a/ Przedmiotem zamówienia jest dostawa *aparatury medycznej fabrycznie nowej z podziałem na zadania* szczegółowo opisanej w załączniku nr 2

CPV 33 10 00 00 -1

**4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .**

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

**5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.**

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

**6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

**7. Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy..

**8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( z późn. zm.) tj.
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
- zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwie podobne dostawy o wartości podobnej lub większej niż zaoferowana cena

2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 [P.z.p.](#)

## **9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

- 9.1 Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ zał. nr. 1
- 9.2 Wypełniony formularz wymaganych danych technicznych załącznik nr 2
- 9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
- 9.4 Wypełnione oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3
- 9.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 i art. 24 pkt 9 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert
- 9.6 Aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

- 9.7 Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwóch podobnych dostaw o wartości podobnej lub większej niż zaoferowana cena /na formularzu stanowiącym zał. nr 4/ ( do wykazu należy dołączyć referencje)
- 9.8 Świadectwo CE i deklaracja zgodności,
- 9.9 Kopie stron z katalogu wskazujące na oferowany asortyment oraz instrukcję użytkowania w języku polskim

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605).

IV. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczętkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

#### **10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
4. Numer faksu : 016 648 72 19
5. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści również na swojej stronie internetowej.  
<http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip>
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie , przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip>
7. Protesty , przystąpienia do protestów oraz ich rozstrzygnięcia Wykonawcy i Zamawiający przekazują w formie pisemnej. Kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień

SIWZ Zamawiający zamieści na stronie <http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip>

## 11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach formalnych :

Pan Jacek Wlazło                      tel 016 649 15 57    w godz. 08.00-14,00

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)	Małgorzata Chwiej	tel 016 649 15 00	w godz. 08.00-14,00
	Leszek Kamiński	tel 016 649 15 00	w godz. 08.00-14,00
	Jerzy Borst	tel 016 649 15 00	w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna [zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl](mailto:zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl)

## 12. Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

## 13. Termin związania ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## 14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:
  - 1.1 oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na formularzu stanowiącym załączniki do siwz przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
  - 1.2 oferta może być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; zamawiający nie wymaga numerowania i parafowania wszystkich stron jeżeli oferta jest trwale zespolona;
  - 1.3 każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty; zamawiający nie wymaga parafowania czystych stron;
  - 1.4 każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;
  - 1.5 oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;
  - 1.6 oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem "Oferta na dostawę aparatury medycznej" oraz z nazwa i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty.
2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

## **15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia. 18.01 .2008 do godz 09.00
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala w dniu 18.01 .2008 o godz 10.00

## **16. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty wypełniając formularz oferty i następnie wynik ten wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
  - 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
    - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
    - b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny;
  - 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
    - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
    - b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny;
    - c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
  - 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
    - a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
    - b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
    - c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 88 ust.1 uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

## **17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena 100 %

Sposób oceniania ofert:

1) w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.} \times \text{waga}$$

Zamawiający stosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

## 18. Zawarcie umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 5** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

## 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

## 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec:

- treści ogłoszenia o zamówieniu,
  - czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania
  - w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie przepisów ustawy, Wykonawca może wnieść protest pisemnie.
1. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
  2. Jeżeli protest składany jest przed upływem terminu składania ofert składający go zobowiązany jest dołączyć do protestu dokument uwiarygodniający prawo do reprezentowania Wykonawcy osoby lub osób podpisujących się pod protestem – kopii wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu wskazanego wyżej, do protestu winno być załączone oprócz wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
  3. Protest dotyczący ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
  5. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

6. Zamawiający odrzuci protest:
  - wniesiony po terminie
  - wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
  - niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.
7. Kopie wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści na stronie internetowej na której jest udostępniana Specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
8. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu staną się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od otrzymania wezwania o którym mowa w pkt.7 niniejszego rozdziału.
9. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopie wykonawcy wnoszącemu protest.
10. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
11. O zawieszeniu biegu terminu związania oferta zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli ofertę.
12. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawcy wezwani, nie mogą skorzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
13. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.
14. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w terminie **10** dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
15. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie o którym mowa wyżej, uznaje się za jego oddalenie.
16. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty
  - jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcia.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

## **21.Dodatki**

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- 1.formularz oferty zał. Nr 1
2. opis przedmiotu zam – parametry techniczne zał. nr 2
3. oświadczenie zał. Nr.3
- 4.wykaz dostaw zał. Nr.4
- 5.Wzór umowy zał. nr 5

Przeworsk 10.01.2008 r

.....  
zatwierdzam

-----  
(Pieczęć firmowa)

**OFERTA**

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  
ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę *aparatury medycznej fabrycznie nowej z podziałem na zadania* dla potrzeb w SP ZOZ Przeworsk

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia w zadaniu nr ..... ( nazwa zadania ..... ) za cenę brutto .....zł w tym podatek VAT.....zł  
Słownie .....

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

data i podpis Wykonawcy



**Zadanie nr 1****ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH MONITORÓW  
( SZTUK 5 )**

Nazwa handlowa

Producent

Rok produkcji

LP	PARAMETR	WARTOŚCI WYMAGANE	TAK / NIE
1	Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45)	Tak	
2	Monitor kompaktowy o wadze poniżej 4,5 kg	Tak	
3	Wieszak do zamocowania monitora na ścianie	Tak	
4	Przekątna ekranu	Min 10 "	
5	Typ ekranu	Kolorowy LCD TFT	
6	Ilość kanałów dynamicznych	Tak	
7	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów	Tak	
8	Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy)	Tak	
9	Zasilanie monitora 230 V/50 Hz	Tak	
10	Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 1,5 godziny pracy	Tak	
11	Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania monitora	Tak	
12	Instrukcja w języku polskim	Tak	
13	Oprogramowanie w języku polskim – obsługa przy pomocy pokręta przycisków funkcyjnych	Tak	
<b>Pomiar EKG/ST/RESP</b>			
14	Pomiar częstości pracy serca	Tak	
15	Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu	Tak	
16	Pomiar częstości oddechu	Tak	
17	Ustawienie granic alarmowych częstości pracy serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu	Tak	
<b>Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną</b>			
18	Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego	Tak	
19	Ustawienie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego	Tak	

20	Tryb pracy ręczny	Tak	
21	Tryb pracy automatyczny – przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 360 minut	Tak	
22	Mankiet średni dla dorosłych. Przewód łączący mankiet z monitorem	Tak	
<b>Pomiar saturacji i pletyzmografia</b>			
23	Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu	Tak	
24	Ustawianie granic alarmowych % saturacji oraz częstości pulsu	Tak	
25	Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym tonie zależnym od wartości saturacji	Tak	
26	Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec. Przewód łączący czujnik z monitorem	Tak	
<b>Pomiar temperatury</b>			
27	Wyświetlanie wartości temperatury ciała	Tak	
28	Ustawianie granic alarmowych temperatury ciała	Tak	
29	Czujnik temperatury ciała	Tak	

**Uwaga: „TAK” – oznacza bezwzględny wymóg Zamawiającego, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Na powyższy sprzęt wymagany jest okres min. 24 miesięcznej gwarancji. Koszt dostawy, instalacja oraz szkolenie personelu wliczone w cenę oferty.**

**Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.**

Do oferowanego urządzenia należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (ulotki) w języku pobliskim celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

.....  
**data i podpis Wykonawcy**

**Zadanie nr. 2****ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
LAMP OPERACYJNYCH ( 2 KOMPLETY)****Producent****Nazwa i typ:****Rok produkcji**            **r.**

Lp	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Oferowany parametr
1.	Lampa operacyjna jednoogniskowa w konfiguracji : lampa główna + lampa satelitarna	Tak	
2.	Konstrukcja lampy przystosowana do pracy z nawiewem laminarnym	Tak	
3.	Natężenie światła lampy głównej 150 klux ( tolerancja +/- 5 klux) z możliwością niezależnej regulacji ,	Tak	
4.	Natężenie światła lampy satelitarnej 150 klux ( tolerancja +/- 5 klux) z możliwością niezależnej regulacji ,	Tak	
5.	Regulacja natężenia oświetlania w zakresie min. 50 - 100 % z panelu na lampie lub ramieniu , regulacja pola operacyjnego centralnym uchwytem w zakresie od 170 do 280 mm (tolerancja +/- 5 mm).	Tak	
6.	Temperatura barwowa światła min. 4300 K	Tak	
7.	Zasilacz z automatycznym przełączaniem na zasilanie awaryjne przy zaniku napięcia w sieci	Tak	
8.	Uchwyty sterylizowalne po 4 sztuki na każdą lampę - oprawę	Tak	
9.	Zestaw akcesoriów koniecznych do montażu lamp	Tak	
10.	Montaż i uruchomienie lamp na koszt dostawcy	Tak	
11.	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 min 90	Tak	
12.	Współczynnik odwzorowania barwy słonecznej Ra min 94	Tak	
13.	Czasze kopał wyposażone w w tzw. brudny uchwyt , okalający min 50 % średnicy kopał	Tak	
14.	Mocowanie kopał na lampy na 2 ruchomych ramionach z możliwością obrotu o 360 st. wokół punktu mocowania i na przegubie łączącym ramiona oraz wokół osi pionowej	Tak	
15.	Żarówka halogenowa o mocy max. 150 Wat o żywotności min 1000 godz. Dołączyć 2 szt. zapasowych żarówek do 1 kompletu.	Tak	
16.	Automatyczna aktywacja żarówki rezerwowej o takich samych parametrach jak główna, w przypadku przepalenia żarówki głównej. Rezerwowa żarówka aktywowana i automatycznie pozycjonowana mechanizmem w miejscu spalonej żarówki głównej. Sygnalizacja o konieczności wymiany spalonej żarówki na sterowniku lub na czaszy lampy.	Tak	

**Uwaga: „TAK” – oznacza bezwzględny wymóg Zamawiającego, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Na powyższy sprzęt wymagany jest okres min. 24 miesięcznej gwarancji. Koszt dostawy, instalacja oraz szkolenie personelu wliczone w cenę oferty.**

**Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.**

Do oferowanego urządzenia należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (ulotki) w języku pobliskim celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

.....  
**data i podpis Wykonawcy**

**Zadanie nr. 3**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH  
DEFIBRYLATORA nr. 1**

Nazwa handlowa

Producent

Rok produkcji

L.p.	Parametry urządzenia	Wartość wymagana	Parametry oferowane
<b>I. PARAMETRY OGÓLNE</b>			
1.	Aparat przenośny z torbą transportową	Tak	
2.	Zasilanie akumulatorowe lub akumulatorowo-sieciowe.	Tak	
3.	Ładowanie akumulatora z sieci 230 V AC i instalacji karetkowej 12V DC w czasie poniżej 3 godzin do 100% pojemności – zewnętrzna lub wbudowana ładowarka	Tak	
4.	Czas pracy z akumulatorów – min. 80 minut monitorowania lub min. 50 defibrylacji energią 200J	Tak	
5.	Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg	Tak	
<b>II. DEFIBRYLACJA</b>			
1.	Synchroniczna i asynchroniczna	Tak	
2.	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od min. 2 do 360 J	Tak	
3.	Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20.	Tak	
4.	Defibrylacja ręczna i automatyczna AED	Tak	
5.	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta	Tak	
6.	Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce.	Tak	
<b>III. STYMULACJA</b>			
1.	Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie	Tak	
2.	Częstość min. 40-170 impulsów/minutę	Tak	
3.	Regulacja prądu stymulacji min. 10-160 mA	Tak	
<b>IV. EKG</b>			
1.	Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG	Tak	
2.	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG	Tak	
3.	Alarmy częstości akcji serca	Tak	

<b>V. REJESTRACJA</b>			
1.	Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie	Tak	
2.	Ekran typu EL lub kolorowy o przekątnej minimum 8”.		
3.	Wydruk EKG z prędkościami 25 i 50 mm/s. Szerokość papieru minimum 50mm.	Tak	
4.	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych	Tak	
5.	Transmisja danych przez telefon i połączenie kablowe do stacji odbiorczej posiadającej status urządzenia medycznego.	Tak	
<b>VI. POMIAR SATURACJI</b>			
1.	Technologia Nellcor lub Masimo	Tak	
2.	Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik, wielorazowy typu klips w zakresie od 50-100%	Tak	
3.	Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie monitora	Tak	
4.	Sygnalizacja pulsu zależna od poziomu saturacji	Tak	
<b>VII. NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA</b>			
1.	Metoda pomiaru oscylometryczna	Tak	
2.	Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego NIBP w zakresie min. 20-225 mmHg	Tak	
3.	Pomiar tętna w zakresie min.40-180 ud/min	Tak	
<b>VIII. INNE WYMAGANIA</b>			
1.	Wyposażenie w czujniki, akcesoria niezbędne do pracy defibrylatora w wymaganej konfiguracji	Podać	
2.	Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania	Załączyć	
3.	Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły: CO2, IBP	Tak	
4.	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opisy na panelu sterowania, komendy głosowe i komunikaty na ekranie)	Tak	

**Zadanie nr. 3****ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH  
DEFIBRYLATORA nr. 2**

Nazwa handlowa

Producent

Rok produkcji

L.p.	Parametry urządzenia	Wpisać tak lub nie	Informacje dodatkowe, opis oferowanego urządzenia
<b>Defibrylator</b>			
1.	Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa	Tak	
2.	Zakres wyboru energii w J min 2-200 J	Tak	
3.	Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 20	Tak	
4.	Czas ładowania do energii 200 J max 5 s	Tak	
5.	Defibrylacja ręczna	Tak	
6.	Defibrylacja półautomatyczna	Tak	
7.	Ekran monitora kolorowy	Tak	
8.	Przekątna ekranu monitora min. 5 cali	Tak	
9.	Zasilanie sieciowo - akumulatorowe	Tak	
10.	Możliwość wykonania kardiowersji	Tak	
11.	Ciężar kompletnego aparatu max 8,5 kg	Tak	
12.	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci	Tak	
<b>Monitorowanie EKG</b>			
1.	Monitorowanie EKG przewody 3 i 7 odprowadzeń	Tak	
2.	Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min	Tak	
<b>Stymulacja przezskórna</b>			
1.	Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym	Tak	
2.	Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min	Tak	
3.	Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10-160 mA	Tak	

**Uwaga: „TAK” – oznacza bezwzględny wymóg Zamawiającego, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Na powyższy sprzęt wymagany jest**

**okres min. 24 miesięcznej gwarancji. Koszt dostawy, instalacja oraz szkolenie personelu wliczone w cenę oferty.**

**Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.**

Do oferowanego urządzenia należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (ulotki) w języku pobliskim celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

.....  
**data i podpis Wykonawcy**



**Zadanie nr. 4****ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH  
Uniwersalnego, Przenośnego Aparatu Ultrasonograficznego**

Nazwa handlowa

Producent

Rok produkcji

<b>LP</b>	<b>Wymogi</b>	<b>Parametr oferowany wraz z krótkim opisem</b>
1.	Aparat fabrycznie nowy	
2.	Aparat i wyposażenie wyprodukowane w 2007r	
3.	Technologia cyfrowa. Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ilość kanałów przetwarzania 1024,</li> <li>▪ przetworniki A/D minimum 10bitów,</li> <li>▪ archiwum cyfrowe z możliwością przetwarzania</li> </ul>	
4.	Monitor kolorowy TFT. Minimalne wymagania: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przekątna monitora powyżej 14 cali</li> <li>▪ pokrycie antyodblaskowe,</li> <li>▪ automatyczna regulacja jasności w zależności od oświetlenia,</li> </ul>	
5.	Wbudowana w jednostkę główną klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych oraz „trackball”	
6.	Specjalizowany wózek pod aparat: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ miejsce na min. 3 sondy,</li> <li>▪ żel</li> <li>▪ videoprinter</li> <li>▪ 4 skrętne koła blokada minimum 2 kół</li> </ul> Torba transportowa przystosowana do aparatu	
7.	Aplikacja i pakiet pomiarowy kardiologiczny z możliwością definiowania własnych formuł obliczeniowych	
8.	Tryby pracy (minimum): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B-mode,</li> <li>▪ M-mode,</li> <li>▪ M- mode anatomiczny</li> <li>▪ PWD,</li> <li>▪ CWD,</li> <li>▪ CD,</li> <li>▪ Power Doppler,</li> <li>▪ Doppler Tkankowy Spektralny,</li> <li>▪ Kolor M-mode</li> </ul>	
9.	Tryb Triplex (B+CD+PWD) na wszystkich oferowanych głowicach z rejestracją prędkości przepływu w PWD minimum 3 m/s	
10.	Regulacja uchylności pola Dopplera kolorowego w zakresie +/-20 stopni	
11.	Zasięg skanowania aparatu minimum 28 cm dla wszystkich trybów pracy na zaoferowanej głowicy sektorowej .	
12.	Frame rate w B-mode minimum 500 obr/s	
13.	Powiększenie obrazu „na żywo” minimum x8	

14.	<p>Pamięć CINE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimum 1000 obrazów dla B-mode</li> <li>▪ Minimum 100 sek dla zapisu spektrum i M-mode</li> </ul>	
15.	Dysk twardy aparatu o pojemności udostępnionej na archiwum minimum 40 GB	
16.	<p>Format zapisu obrazów gwarantujący możliwości wykonania badań w trybie szybkim (Sala Operacyjna, OIOK, Izba Przyjęć) i dokonanie podglądu, opisu, pomiarów w dowolnym momencie.</p> <p>Minimalne wymagania dla zapisanych obrazów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja)</li> <li>▪ Zmiana zakresu dynamiki B-mode</li> <li>▪ Regulacja prędkości odtwarzania pętli</li> <li>▪ Regulacja wzmocnienia B-mode, Color Doppler i Dopplera Spektralnego</li> <li>▪ Przesunięcie linii bazowej dla Color Doppler i Spektral Doppler</li> <li>▪ Ustawienie kąta korekcji przepływu dla PWD i CW</li> <li>▪ Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-mode i Spektral Doppler (skala czasu)</li> <li>▪ Przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis M-mode</li> <li>▪ Wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych ( w tym: PISA, Qp/Qs, EF)</li> </ul>	
17.	<p>Głowica sektorowa przez-klatkowa dla badań kardiologicznych dorosłych :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pasmo minimum 2-4 MHz (+/- 0,5 MHz )</li> <li>▪ obrazowanie harmoniczne</li> <li>▪ zasięg obrazowania minimum 28 cm</li> <li>▪ tryby pracy wymienione w pkt. 8 i 9</li> <li>▪ kąt skanowania minimum 85<sup>0</sup></li> </ul>	
18.	<p>Głowica sektorowa do badań pediatrycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pasmo minimum 4 – 10 MHz</li> <li>▪ obrazowanie harmoniczne</li> <li>▪ zasięg obrazowania minimum 15 cm</li> </ul> <p>tryby pracy wymienione w pkt. 8 i 9</p>	
19.	<p>Głowica liniowa do badań naczyniowych, tarczycy i małych narządów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pasmo. minimum 5 – 12 MHz,</li> <li>▪ zasięg obrazowania minimum 10cm</li> <li>▪ pole skanowania 37 – 45 mm</li> </ul>	
20.	<p>Głowica convex:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pasmo minimum 2 – 5 MHz,</li> <li>▪ obrazowanie harmoniczne,</li> <li>▪ zasięg obrazowania minimum 28cm ,</li> <li>▪ kąt skanowania minimum 55<sup>0</sup></li> </ul>	
21.	<p style="text-align: center;"><b>Wejścia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ minimum 1 gniazdo głowicy elektronicznej</li> <li>▪ synchronizujące i kabel EKG</li> <li>▪ sondy CWD</li> </ul>	
22.	<p>Wyjścia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ USB (z wbudowanym oprogramowaniem) obsługujące FlashMemory oraz CD-R/RW do archiwizacji bazy danych i transferu obrazów w formatach JPEG, AVI, DICOM</li> <li>▪ USB (z wbudowanym oprogramowaniem) do podłączenia videoprintera</li> <li>▪ SVGA na zewnętrzny monitor</li> </ul>	

23.	Aparat przenośny: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ waga poniżej 8 kg,</li> <li>▪ czas pracy z wbudowanej baterii akumulatorów min. 0,5 godziny</li> </ul>	
24.	Zintegrowany moduł EKG oraz kabel 3-odprowadzeniowy	
25.	Videoprinter czarno/biały cyfrowy	
26.	Nagrywarka CD R/RW lub DVD R/RW	
27.	Pamięć typu flash 512 MB ze złączem USB do przenoszenia zapisanych danych z oferowanego aparatu na komputer klasy PC z systemem WINDOWS	
28.	Możliwość rozbudowy aparatu o sondy przez przelkowe , wielopłaszczyznowe z obrazowaniem harmonicznym do badań dorosłych oraz dzieci.	
29.	Możliwość rozbudowy aparatu o Oprogramowanie do prowadzenia prób wysiłkowych, farmakologicznych i testu wysiłku fizycznego. Wyznaczanie współczynnika WSMI, możliwość tworzenia własnych protokołów minimum 6 projekcji, minimum 6 poziomów obciążenia, zapamiętywanie nastaw aparatu z poziomu wyjściowego dla wszystkich następnym etapów	
30.	Możliwość rozbudowy aparatu o oprogramowanie do diagnostyki z użyciem środka kontrastowego dla LVO	
31.	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania oferowanego aparatu: certyfikat CE	
32.	Gwarancja na aparat z wyposażeniem minimum 24 miesiące	
33.	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 24 godzin	
34.	Udostępnianie aparatu zastępczego w wypadku niemożności usunięcia awarii przez czas dłuższy niż 5 dni roboczych	
35.	Szkolenie u użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu. Udział specjalisty aplikacyjnego dostawcy w konfiguracji aparatu.	
36.	Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim	

**Uwaga: niespełnienie jakiegokolwiek z w/w parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty**

.....  
**data i podpis Wykonawcy**

Zadanie nr. 5**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH  
GASTROFIBEROSKOPU****Producent****Nazwa i typ:****Rok produkcji**          r.

L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WYMAGANIA GRANICZNE*	ODPOWIEDŹ OFEROWANA
1.	Kąt obserwacji - Min 100°	TAK	
2.	Średnica zewnętrzna sondy wziernika – max 10,0 mm	TAK	
3.	Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm	TAK	
4.	Długość robocza sondy 1050 mm ( +/- 20 mm )	TAK	
5.	Szczotkowanie kanałów endoskopu	TAK	
6.	Kąty zagięć góra /dół    210°/90° prawo/lewo  100°/100°		
7.	Oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancierza ) - przez okres min 24 miesięcy.	TAK	
8.	Oferent zapewni pełną kompatybilność oferowanego sprzętu ze zestawem do endoskopii posiadanym przez pracownię ( procesor CV-165 , źródło światła CLE-165 )	TAK	

**Uwaga: „TAK” – oznacza bezwzględny wymóg Zamawiającego, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Na powyższy sprzęt wymagany jest okres min. 24 miesięcznej gwarancji. Koszt dostawy, instalacja oraz szkolenie personelu wliczone w cenę oferty.**

**Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu**

**traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.**

Do oferowanego urządzenia należy dołączyć firmowe materiały informacyjne (ulotki) w języku pobliskim celem potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

.....  
**data i podpis Wykonawcy**

-----  
(Pieczęć firmowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: *aparatury medycznej fabrycznie nowej z podziałem na zadania*

Dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  
ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

**Oświadczamy że:**

I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

II. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z uwagi na:

- 1) wyrządzenie szkody poprzez nie wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością
- 2) wszczęcie w odniesieniu do mojej firmy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości
- 3) zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego
- 4) prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez nas.
- 5) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 247 KK.

Podpis składającego oświadczenia

.....  
(Pieczęć firmowa oferenta)

**Załącznik nr 4**

Wykaz zrealizowanych co najmniej dwóch dostaw w ciągu 3- lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia

Lp.	Przedmiot dostawy	Wartość dostawy	Data wykonania		Uwagi	Odbiorca
			Początek	Zakończenie		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						

**UWAGA : Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie.**

Data i podpis oferenta

**UMOWA- projekt**

zawarta w dniu .....2008 r. w Przeworsku pomiędzy:

**A) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,  
reprezentowanym przez: Józef Więclaw - Dyrektor SPZOZ

zwanym w dalszej części umowy “ **ZAMAWIAJĄCYM**”

**B)**

z siedzibą

reprezentowaną przez : .....

zwaną w dalszej części umowy "**WYKONAWCĄ**"

**Artykuł 1**

- 1. Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU *fabrycznie nową aparaturę medyczną..... zadanie nr.....* zwaną dalej towarem wraz z wyposażeniem , oprogramowaniem i parametrach szczegółowo określonych w załączniku do umowy, zgodnie z ofertą przetargową.**

**Artykuł 2**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (*miejsce przeznaczenia*) w terminie do .....2008 r.
2. Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia będzie dokonana na koszt i ryzyko WYKONAWCY
3. Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez strony umowy.
4. Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy nie będzie on zgodny z ofertą , sprawny technicznie lub posiadał widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w art. 7 pkt. 4.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy pełną dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku polskim

**Artykuł 3**

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę brutto w wysokości: ..... zł /słownie: ...../ w tym .....% podatek VAT w wysokości .....zł
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY należną cenę w terminie 60 dni od daty doręczenia przez WYKONAWCĘ faktury VAT przelewem na jego rachunek bankowy.  
nr.....



3. Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający dostawę stacjonarnego zestawu rentgenowskiego

#### **Artykuł 4**

Cena określona w art.3 ust 1 obejmuje :

1. Montaż oraz uruchomienie towaru
2. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi towaru.

#### **Artykuł 5**

1. Wykonawca udzieli **24miesiący** gwarancji na oferowany towar licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust. 1, wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty.
3. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust. 1 w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.
4. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce.

#### **Artykuł 6**

1. WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
2. WYKONAWCA zapewni dostęp do serwisu i do części w okresie minimum 5 lat od upływu okresu gwarancyjnego.

#### **Artykuł 7**

1. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy określonego w art. 2 pkt 1, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy.
2. Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w pkt. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy, a gdy opóźnienie przekroczy 10 dni od daty dostawy wyznaczonej w art. 2 pkt. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w pkt.4.
3. W przypadku zwłoki w usunięciu wad usterek w stosunku do terminu ustalonego w art. 5 pkt.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.

5. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z powodów wymienionych wyżej u Zamawiającego powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.
6. W przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda z innej przyczyny niż wymienione wyżej Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne Wykonawca zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego.

## **Artykuł 8**

1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwie miejscowo dla Zamawiającego
4. Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa.
5. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie 1 egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA, 1 egzemplarz ZAMAWIAJĄCY

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**