

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16**

Uczestnicy postępowania przetargowego

DOTYCZY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : **DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH**

**I. Na podstawie art. 38 ust. 6 P.Z.P Zamawiający przedłuża termin składania ofert
na dzień 29.02.2008 do godz. 09:00**

II. Na podstawie art. 38 ust. 2 P.Z.P Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy zapisów SIWZ

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do oddzielnego zadania pozycji nr od 12 do 19 oraz pozycji nr. 22?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę, Zamawiający udziela odpowiedzi poprzez modyfikację

Pytanie 2

2. Czy Zamawiający nie uważa za słuszne rozdzielania na poszczególne pozycje asortymentowe pozycji nr. 22 (śruby kaniulowane z wiertłami kaniulowanymi i śrubokrętami, 30 kompletów)?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający udziela odpowiedzi poprzez modyfikację

Pytanie 3

3. Czy Zamawiający w poz. nr. 22 pod pojęciem śruby kaniulowane wymaga śrub kaniulowanych o średnicy 7 mm, samogwintujących i samowiercących, posiadających w części wiercącej trzy ostrza rozmieszczone co 120 stopni, umożliwiające łatwiejsze i szybsze wprowadzanie implantu?

Odpowiedź

Zamawiający udziela odpowiedzi poprzez modyfikację

Pytanie 4

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pozycji nr. 20 wiertła do otworów ryglujących do gwoździ śródszpikowych o średnicy 3,7 mm i długości 250 mm, zamiast długości 300 mm?

Odpowiedź

Nie- Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy zapisów projektu umowy

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w art. 4 ust. 4 , w ten sposób , iż zostanie doprecyzowane, że „Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę (reklamacje) o brakach ilościowych dostarczonych towarów na piśmie, a w przypadku dostawy towaru niespełniającego warunków jakościowych, Zamawiający dostarczy reklamację na piśmie wraz z reklamowanym towarem”?

Odpowiedź

Zamawiający udziela odpowiedzi poprzez modyfikację

Pytanie 2

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w art. 5 ust. 1 poprzez zmianę wysokości kar umownych z opóźnieniem w dostawie 0,5 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia na 0,2 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź

Nie- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w art. 5 ust. 1

Pytanie 3

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrumentariów na zabieg w przypadku instrumentariów do gwoździ typu Gamma, udowych podkolanowych oraz gwoździ do kości przedramienia i strzałkowej?

Odpowiedź

Nie- Zamawiający nie wyraża zgody

II . NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ:

1. Dotyczy projektu umowy – artykuł 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę (reklamacje) o brakach ilościowych dostarczonych towarów na piśmie, a w przypadku dostawy towaru niespełniającego warunków jakościowych, Zamawiający dostarczy reklamację na piśmie wraz z reklamowanym towarem”

2. Dotyczy załącznika nr 2. (opis przedmiotu zamówienia , formularz cenowy)

Zamawiający wydziela pozycje od nr. 13 do nr. 19 i poz . nr. 22 oraz dodaje nowe pozycje tworząc nowe zadanie nr. 2 o treści

*OPIS - FORMULARZ CENOWY***Zadanie nr.2**

L.p.	Asortyment	Średnica /mm/	Długość /mm/	Ilość kompletów	Cena jedn. netto zł	Podatek VAT	Wartość netto zł	Wartość brutto zł	Producent
1	Płyta dynamiczna DHS kompletna (śruby szyjkowe 12,5/16 mm ; 55-150 mm o długości gwintu 22 i 27 mm oraz śruba kompresyjna) kąty 130-150 stopni	2-8 otworów	48-356	40					
2	Płyta dynamiczna DHS kompletna (śruby szyjkowe 12,5/16 mm ; 55-150 mm o długości gwintu 22 i 27 mm oraz śruba kompresyjna) kąty 130-150 stopni	8-20 otworów	48-356	10					
3	Płyta dynamiczna DCS kompletna (śruby szyjkowe 12,5/16 mm ; 55-150 mm o długości gwintu 22 i 27 mm oraz śruba kompresyjna) kąty 95 stopni	6-20 otworów	119-339	5					
4	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia/ kości strzałkowej ryglowany śrubami kompletny	3-5	70-300	30					
5	Drut prowadzący do śruby szyjkowej DHS/DCS z gwintem kierunkowym		230	20					
6	Śruba osiująca do stabilizatora DHS/DCS			5					
7	Frez do stabilizatora DHS krótki			1					

8	Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowierzące średnica 4,5mm długość 10-70mm	4,5	10-70	40					
9	Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowierzące średnica 5,5mm długość 25-70mm	5,5	25-70	20					
10	Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowierzące średnica 7,0mm długość 40-130mm	7,0	40-130	20					
11	Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowierzące średnica 8,0mm długość 55-150mm	8,0	55-150	10					
12	Wiertła kaniulowane do śrub 4,5mm			2					
13	Wiertła kaniulowane do śrub 5,5mm			2					
14	Wiertła kaniulowane do śrub 7,0mm			1					
15	Wiertła kaniulowane do śrub 8,0mm			1					
16	Wkrętak przystosowany do wkręcania śrub kaniulowanych, z wymiennymi końcówkami z uchwytem T kształtnym			1					
17	Wkrętak przystosowany do wkręcania śrub kaniulowanych, z wymiennymi końcówkami z uchwytem klasycznym			1					
18	Kończówki wkrętaka do śrub kaniulowanych dostosowane do zakupionych wkrętów (z możliwością montażu w uchwycie wiertarki)			Szt.8 (Po 2 sztuki z każdego rozmiaru)					
19	Kończówka wkrętaka sześciokątna 2,5mm	2,5		1					
20	Kończówka wkrętaka sześciokątna 1,5mm	1,5		1					
21	Kończówka wkrętaka sześciokątna 3,5mm	3,5		2					
	RAZEM								

3. Dotyczy załącznika nr 2. (opis przedmiotu zamówienia , formularz cenowy Zamawiający po utworzeniu nowego zadania tworzy zadanie nr. 1 w brzmieniu

Zadanie nr.1

L.p.	Asortyment	Średnica /mm/	Długość /mm/	Ilość kompletów	Cena jedn. netto zł	Podatek VAT	Wartość netto zł	Wartość brutto zł	Producent
1	Gwoździć śródszpikowy Gamma krótki, blokowany jedną śrubą fi 12mm l. 70 - 120mm, blokowany dystalnie dwoma śrubami kompletny	10-12	220-280	2					
2	Gwoździć śródszpikowy Gamma krótki, blokowany dwoma śrubami fi 11 i 6,5 mm l.70 - 120mm, blokowany dystalnie dwoma śrubami kompletny	10-12	220-280	2					
3	Gwoździć śródszpikowy Gamma długi lewy i prawy, blokowany jedną śrubą fi 12 mm l. 70-120 mm, blokowany dystalnie dwoma lub trzema śrubami kompletny	9-13	340-420	2					

4	Gwoździć śródszpikowy rekonstrukcyjny lewy i prawy , blokowany na górze skośnie jedną śrubą fi. 6,5 mm l. 60-120 mm blokowany dytalnie dwoma lub trzema śrubami 4,5 mm kompletny	9-13	300-480	2					
5	Gwoździć śródszpikowy rekonstrukcyjny lewy i prawy , blokowany na górze skośnie dwoma śrubami fi. 6,5 mm l. 60-120 mm blokowany dytalnie dwoma lub trzema śrubami 4,5 mm kompletny.	9-13	300-480	2					
6	Gwoździć śródszpikowy do kości udowej prosty blokowany czterema lub pięcioma wkrętami 4,5 mm kompletny	9-13	300-480	15					
7	Gwoździć śródszpikowy odkolanowy do kości udowej blokowany czterema lub pięcioma wkrętami 4,5 mm kompletny	9-13	160-440	5					
8	Gwoździć śródszpikowy do kości piszczelowej blokowany czterema lub pięcioma wkrętami 4,5 mm kompletny	9-12	240-400	25					
9	Gwoździć śródszpikowy do kości ramiennej blokowany czterema lub pięcioma wkrętami 4,5 mm kompletny	6-12	180-320	10					
10	Gwoździć śródszpikowy do kości piszczelowej odpiętowy (wsteczny) blokowany wkrętami 4,5 mm kompletny	9-12	150-320	2					
11	Gwoździć śródszpikowy ażurowy z otworami do leczenia powikłań zapalnych złamań blokowany wkrętami 4,5 mm . do różnych kości długich w zależności od wskazań kompletny	6-13	150-480	2					
12	Wiertła 3,7 mm do otworów ryglujących do gwoździ śródszpikowych	3,7	300	5					
13	Prowadnica do gwoździ śródszpikowych			3					
	RAZEM								

UWAGA: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy zał. nr.5 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentarium niezbędnych do wykorzystywania towaru na okres trwania umowy

ZAMAWIĄCY