

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia
publicznego poniżej 206 000 EURO
w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
/Dz.U.z 2006 nr. 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami / zwaną dalej P.Z.P.**

1. Nazwa oraz adres zamawiającego

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,
ul. Szpitalna 16, 37- 200 Przeworsk**
tel, fax 016 648 72 19
strona internetowa : <http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip>
e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa *ambulansu sanitarnego specjalistycznego typu „R”* szczegółowo opisanego w załączniku nr 2

CPV 341 442 00 -0

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy..

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) tj.
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwie podobne dostawy o wartości podobnej lub większej niż zaferowana cena oraz zapewniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ambulansu z wyposażeniem medycznym.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP

2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 [P.z.p.](#)

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

- 9.1 Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ zał. nr. 1 oraz podpisany załącznik nr 5 (projekt umowy)
- 9.2 Wypełniony formularz wymaganych danych technicznych załącznik nr 2 (w formularzu muszą być wypełnione wszystkie pozycje wyszczególnione przez Zamawiającego)
- 9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
- 9.4 Wypełnione oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3
- 9.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 i art. 24 pkt 9 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert
- 9.6 Aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- 9.7 Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwóch podobnych dostaw o wartości podobnej lub większej niż zaofferowana cena /na formularzu stanowiącym zał. nr 4/ (do wykazu należy dołączyć referencje)
- 9.8 Świadectwo CE i deklaracja zgodności na urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie ambulansu.
- 9.9 Wykaz autoryzowanych punktów serwisu zapewniających zarówno obsługę gwarancyjną, jak i pogwarancyjną ambulansu z wyposażeniem medycznym.

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605).

IV. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczętkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
4. Numer faksu : 016 648 72 19
5. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści również na swojej stronie internetowej.
<http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip>
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip>

7. Protesty , przystąpienia do protestów oraz ich rozstrzygnięcia Wykonawcy i Zamawiający przekazują w formie pisemnej. Kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieści na stronie <http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip>

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach formalnych :

Pan Jacek Wlazło tel 016 649 15 57 w godz. 08.00-14,00

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i) Jerzy Borst tel 016 649 15 00 w godz. 08.00-14,00

 Jacek Krogulecki tel 016 649 15 66 w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

12. Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

13. Termin związania ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

1.1 oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na formularzu stanowiącym załączniki do siwz przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;

1.2 oferta może być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; zamawiający nie wymaga numerowania i parafowania wszystkich stron jeżeli oferta jest trwale zespolona;

1.3 każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty; zamawiający nie wymaga parafowania czystych stron;

1.4 każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

1.5 oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;

1.6 oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem "Oferta na dostawę ambulansu „R”" oraz z nazwa i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty.

2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia. 07.04 .2008 do godz 09.00

2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu 07.04.2008 o godz 10.00

16. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty wypełniając formularz oferty i następnie wynik ten wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty opłaty, świadczenia niezbędne do realizacji zamówienia oraz całkowity koszt kredytu.
3. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
 - 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 - b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny;
 - 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
 - b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny;
 - c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
 - 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
 - a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
 - b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
 - c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 88 ust.1 uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena 100 %

Sposób oceniania ofert:

1) w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.} \times \text{waga}$$

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

18. Zawarcie umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 5** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia., Zamawiający wymaga podpisania projektu umowy.
4. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec:

- treści ogłoszenia o zamówieniu,
 - czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania
 - w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie przepisów ustawy, Wykonawca może wnieść protest pisemnie.
1. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
 2. Jeżeli protest składany jest przed upływem terminu składania ofert składający go zobowiązany jest dołączyć do protestu dokument uwiarygodniający prawo do reprezentowania Wykonawcy osoby lub osób podpisujących się pod protestem – kopii wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu wskazanego wyżej, do protestu winno być załączone oprócz wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
 3. Protest dotyczący ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
 5. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
 6. Zamawiający odrzuci protest:
 - wniesiony po terminie
 - wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
 - niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.
 7. Kopie wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści na stronie internetowej na której jest udostępniana

Specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

8. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu staną się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od otrzymania wezwania o którym mowa w pkt.7 niniejszego rozdziału.
9. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopie wykonawcy wnoszącemu protest.
10. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
11. O zawieszeniu biegu terminu związania oferta zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli ofertę.
12. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawcy wezwani, nie mogą skorzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
13. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.
14. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w terminie **10** dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
15. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie o którym mowa wyżej, uznaje się za jego oddalenie.
16. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty
- jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcia.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- 1.formularz oferty zał. Nr 1
2. opis przedmiotu zam – parametry techniczne zał. nr 2
3. oświadczenie zał Nr.3
- 4.wykaz dostaw zał Nr.4
- 5.Wzór umowy zał nr 5

Przeworsk 28 .03.2008 r

.....
zatwierdzam

(Pieczęć firmowa)

OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę *ambulansu sanitarnego specjalistycznego typu „R”* dla potrzeb w SP ZOZ Przeworsk

1.Oferujemy dostawę przedmiotem zamówienia zgodnie z SIWZ za cenę brutto
.....zł w tym podatek VAT.....zł

Słownie cena brutto,

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy poprzez złożenie podpisu na egzemplarzu projektu umowy .

5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.Zamówienie zrealizujemy sami /przy udziale niżej wymienionych podwykonawców

a).....
(nazwa i firma , dokładny adres podwykonawcy)

b).....
(nazwa rodzaju zamówienia zleconego podwykonawcy)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.
4.

data i podpis Wykonawcy

WYMAGANE PARAMETRY AMBULANSU TYPU „R” I WYPOSAŻENIA

Marka pojazdu:

Producent

Rok produkcji, typ

Opis wymaganych parametrów (minimum)	Parametry oferowany	TAK/NIE
1. Nadwozie		
1. Typ furgon częściowo przeszklone z izolacją dźwięko-termiczną przedziału medycznego z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu,		
2 Przystosowany do przewożenia 6 osób wraz z kierowcą w tym jednej osoby na noszach w pozycji leżącej,		
3 W kabinie kierowcy jeden fotel dla kierowcy i jedno siedzenie dla pasażera,		
4 Wyposażony w poduszkę powietrzną kierowcy i pasażera,		
5 Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, przeszklone umożliwiające łatwe wejście do przedziału medycznego ze stopniem stałym wewnętrznym lub stopniem zewnętrznym automatycznie chowanym przy zamykaniu drzwi,		
6 Drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną otwierające się pod kątem min. 180° wyposażone w ograniczniki oraz blokadę położenia skrzydeł,		
7 Centralny zamek wszystkich drzwi, immobilizer, lub inny system zabezpieczenia przed kradzieżą,		
8 Komplet dywaników podłogowych, gumowych w kabinie kierowcy,		
9 Kolor biały,		
10 Zewnętrzny schowek (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) z miejscem mocowania dwóch butli tlenowych, krzeselka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej.		
11. Elektrycznie regulowane szyby w kabinie kierowcy		
12. Czujnik cofania		
13. Światła przeciwmgielne pojazdu		
2. Silnik		
1 Najnowszej generacji o mocy powyżej 160 KM z turbodoładowaniem,		
2 Zasilany olejem napędowym, z zapłonem samoczynnym,		
3. Z zapłonem samoczynnym, spełniający wymagania normy Euro 4.		
3 Zespół napędowy i zawieszenia		
1 Napęd na koła przednie lub tylne,		
2 Skrzynia biegowa 6 stopniowa, manualna zsynchronizowana,		
3. Zawieszenie posiadające stabilizator minimum osi napędzanej. Zawieszenie tylne wzmocnione,		
4 Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie.		
4. Układ hamulcowy		
1 System wspomagania nagłego hamowania,		
2 System ABS,		
3 Wyposażony w system przeciwdziałający poślizgowi kół napędowych podczas ruszania,		
4 System stabilizacji toru jazdy.		
5. Układ kierowniczy		
1 Ze wspomaganiem.		
6. Ogrzewanie i wentylacja		
1 Ogrzewanie cieczą chodzącą silnika – dotyczy również części medycznej,		

2 Ogrzewanie niezależne powietrzne Webasto R Top,		
3 Ogrzewanie niezależne wodne, automatyczne urządzenie grzewcze o mocy 5kWz nagrzewnicą w przedziale medycznym, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. Ogrzewanie umożliwia ogrzanie kabiny kierowcy, przedziału medycznego oraz rozgrzanie silnika do temperatury pracy przed jego rozruchem; pojazd dysponuje dzięki temu pełną mocą od momentu startu i jego trwałość jest znacznie przedłużona, Webasto Thermo Top,		
4 Wentylacja nawiewno – wywiewna uruchamiana w zależności od potrzeb,		
5 Stacjonarny ogrzewacz przestrzeni medycznej z zamkniętym źródłem ognia zasilany z sieci 230V o mocy 2000W z możliwością ustawienia temperatury i termostatem,		
6 Klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy (dwu-parownikowa), z osobną regulacją na kabinę kierowcy i przedział medyczny,		
7 Okno dachowe w przedniej części przedziału medycznego o wymiarach minimum 800x500 mm		
7. Instalacja elektryczna		
1 Instalacja 230V w komplecie: - dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu, - przewód zasilający zewnętrzny o dł. 5 m, - wyłącznik przeciwporażeniowy, - układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V,		
2 Trzy gniazda 12V poboru prądu typu Berker + wtyki, umiejscowione na ścianie lewej,		
3 Szperacz w kabinie kierowcy akumulatorowy z ładowarką z możliwością wyniesienia na zewnątrz,		
4 Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie - 3m,		
5 Oświetlenie specjalne: dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.		
8. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA		
1 Urządzenie nagłaśniające z modulowanym sygnałem dźwiękowym oraz możliwością podawania komunikatów głosem (zmiana modulacji poprzez naciśnięcie klaksonu),		
2 Sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej		
9. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA		
1 Belka sygnalizacyjna z dwoma punktami świetlnymi typu stroboskopowego w kolorze niebieskim, zamontowana w przedniej części dachu pojazdu z podświetlanym napisem „AMBULANS”, (podać markę i model belki)		
2 Lampa stroboskopowa zamontowana w tylnej części dachu pojazdu,		
3 Lampy kierunkowskazowi zamontowane w narożnikach tylnych dachu,		
4 Dwie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego,		
5 Dwie lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkieletach drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych,		
10. Oznakowanie pojazdu		
1 Dwa pasy – niebieski i czerwony pod niebieskim, obydwa odblaskowe biegnące wokół pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, oraz pas barwy czerwonej wokół dachu pojazdu.		
2 Wzór graficzny systemu identyfikacji ratownictwa medycznego określony w załączniku do ustawy umieszczony na nadwoziu na ścianach bocznych i w części tylnej oraz na nadsztybiu o średnicy min. 40 cm,		
3 Napis lustrzany „ambulans” barwy czerwonej umieszczony na masce pojazdu (wysokość liter 15 cm) – odblaskowy,		
4 Napis „ambulans” na drzwiach tylnych w kolorze czerwonym,		
5 Oznaczenie zespołu ratownictwa literą „R” wpisaną w okrąg na ścianach bocznych i drzwiach tylnych oraz na nadsztybiu;		
6. Krzyż św. Andrzeja na dachu pojazdu w kolorze niebieskim – odblaskowy,		
7. Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.		
8. Dodatkowe migacze zamontowane w górnej tylnej części nadwozia.		
9. Oznakowanie pojazdu na bokach, napis „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku „		

11. KABINA KIEROWCY		
1 Instalacja do montażu radiostacji z zamontowaną anteną dachową dostosowaną do obowiązującego pasma (zapewniony łatwy dostęp do anteny z przedziału medycznego w celu jej konserwacji) ze złączem doprowadzonym do kabiny kierowcy oraz przewodami zasilającymi (12 V) do radiotelefonu,		
2 Miejsce na radiotelefon przewoźny i przenośny.		
12. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO		
1 Oświetlenie transportowe, jarzeniowe zamontowane wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach, pozwalające na bezpieczną obsługę pacjenta – 6 punktów ,		
2 Oświetlenie, halogenowe, punktowe z możliwością regulacji – 2 punkty, zamontowane w suficie przedziału medycznego oraz jeden punkt oświetlający blat szafki na przegrodzie,		
13. INSTALACJA TLENOWA		
1 Dwie butle tlenowe, stalowe o pojemności 10 l,		
2 Dwa reduktory z szybkozłączami ,		
3 Centralna instalacja tlenowa panelowa (oryginał AGA) z dwoma punktami poboru, zamontowanymi u wężłowia pacjenta na ścianie lewej + dodatkowy panel pojedynczy w suficie nad noszami,		
4 Przewody tlenowe wzmocnione.		
14. INSTALACJA PRÓŻNIOWA		
1 Pompa próżniowa zamontowana w kabinie kierowcy,		
2 Jedno gniazdo poboru zamontowane na ścianie lewej,		
3 Słój na wydzielinę zamontowany w koszu na ścianie lewej z przewodem roboczym i przewodem pacjenta – silikonowym.		
15. ZABUDOWA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO		
1 Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych lub inkubatora, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwoczyszalną, połączoną szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca podciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu,		
1. Długość przedziału medycznego min 320 cm		
2. Szerokość minimum 170 cm		
3. Wysokość przedziału medycznego minimum 180 cm		
2 Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi, (tworzywo sztuczne PVC – atestowane przez PZH),		
3 Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany i sufit),		
4 Całkowite oddzielenie przedziału sanitarnego ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwными, umożliwiającym przejście oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym i kierowcą		
5 Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego,		
6 Szafki – na przegrodzie: ❖ zestaw szafek na ścianie oddzielającej kabinę kierowcy od przedziału sanitarnego, z szufladami, blatem roboczym (wyłożonym blachą kwasoodporną), zabudowanym schowkiem na odpadki, miejscem mocowania 2 walizek lub toreb medycznych, ❖ szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki tzw. „apteczka”, plastikowe pojemniki ułatwiające odpowiednią segregację i przechowywanie leków, schowek zamykany na klucz, ❖ podgrzewacz płynów infuzyjnych – TERMOBOX, zamontowany pod fotelem przy drzwiach przesuwanych z wyświetlaczem temperatury i termostatem.		
7 Szafki - ściana lewa: ❖ szafka podsufitowa na 2/3 długości przedziału medycznego, ❖ szafka na dwie butle tlenowe przy drzwiach tylnych zapewniająca łatwy do nich dostęp i jednocześnie obserwację manometrów na butlach, ❖ szafka na materac próżniowy z blatem umożliwiającym montaż dodatkowego sprzętu medycznego,(wszystkie szafki posiadają zabezpieczenia transportowe i jednocześnie łatwość dostępu, szafka na butle i materac obudowana w dolnej części blachą kwasoodporną),		
8 Dwa fotele dla personelu medycznego zamontowane zgodnie z kierunkiem jazdy, pokryte łatwo zmywalną tapicerką z zagłówkami, obrotowe w zakresie kąta 90° (do ściany), wyposażone są w składane do pionu siedziska i w bezwładnościowe 3 pkt. pasy bezpieczeństwa oraz podłokietniki,		
9 Miejsce siedzące lekarza anestezjologa fotel obrotowy umieszczony przy przegrodzie, wyposażony w oparcie, zagłówek i bezwładnościowy pas bezpieczeństwa,		

10 Uchwyty ręczne przy fotelach dla personelu medycznego,		
11 Uchwyt przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie,		
12 Szyna typu Modura do mocowania sprzętu medycznego – 0,5m,		
13 Uchwyty do mocowania kroplówki w suficie - 2 szt.		
14 Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego zapewniający możliwość pracy w pozycji stojącej podczas jazdy,		
15 Mocowanie noszy typu podbierak, deski ratowniczej, materaca próżniowego, krzeselka kardiologicznego, noszy głównych,		
16 Dodatkowa gaśnica 2 kg,		
16. Nosze główne		
1 Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem,		
2 Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha,		
3 Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 750,		
4 Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy oraz dodatkowy komplet pasów służący do zabezpieczenia dzieci w trakcie transportu na noszach,		
5 Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą,		
6 Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich pozycji transportowych,		
7 Możliwość ustawienia ramy noszy pod głową pacjenta w trzech pozycjach: na wznak, z odgięciem głowy do tyłu, z przygięciem głowy do klatki piersiowej,		
8 Waga oferowanych noszy zgodna z normą PN-EN 1865 (załączyć stosowny atest/certyfikat niezależnej notyfikowanej jednostki badawczej),		
9 Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg),		
10 Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności.		
17. Wielopoziomowy transporter noszy głównych powinien posiadać następujące parametry:		
1 Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami,		
2 Z regulacją wysokości w min sześciu poziomach,		
3 Z systemem zapobiegającym przypadkowemu, niekontrolowanemu złożeniu transportera w przypadku gdy transporter nie opiera się na stole medycznym,		
4 Z możliwością ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia),		
5 Wszystkie kółka jezdne obrotowe i skrętne (w zakresie 360 stopni) umożliwiające zarówno jazdę bokiem jak i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, kółka o odpowiedniej średnicy umożliwiającej jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach o rozmiarze nie mniejszym niż 10cm (podać średnicę kółek w cm),		
6 System mocowania transportera na podstawie (ławecie) musi być zgodny z wymogami PN-EN 1789,		
7 Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą,		
8 Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi,		
9 Waga transportera zgodna w wymogami normy PN-EN 1865 (załączyć stosowny atest/certyfikat niezależnej notyfikowanej jednostki badawczej),		
10 Obciążenie dopuszczalne transportera min. 200 kg,		
11 Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności.		
18. Krzeselko kardiologiczne		
1 Składane z blokadą przypadkowego złożenia,		
2 Z kpl. min. 2 pasów bezpieczeństwa,		
3 Pokrycie nylonowo-winyłowe, łatwo zmywalne,		
4 2 duże kółka tylne,		
5 Teleskopowo wydłużane rączki przednie,		
6 Ciężar do 10 kg,		
7 Obciążenie co najmniej 150kg,		

8	Podać markę, model , załączyć folder i deklarację zgodności.		
19. Deska ortopedyczna:			
dla dorosłych 1 szt			
1	wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne,		
2.	gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta, przenikliwa dla promieni X, ścięty koniec od strony nóg umożliwiający pracę w ciasnych pomieszczeniach,		
3	min. 14 otworów/uchwytów do przenoszenia pacjenta, rozmieszczonych w obwodzie deski, zdystansowanych od podłoża,		
4	wbudowane trzpienie po 5 szt lub więcej po każdej stronie deski do mocowania pasów zabezpieczających,		
5	min.3 pasy zabezpieczające dwuczęściowe z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra,		
6	system unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej, 2 klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi, 2 paski mocujące głowę,		
7	waga kompletnej deski max 8 kg,		
8	dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 150 kg dla dorosłych,		
9	Podać markę, model , załączyć folder i deklarację zgodności		
dla dzieci 1 szt			
1	Do bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona w pasy, komplet klocków do unieruchomienia głowy, i system pasów unieruchamiających,		
2	Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego,		
3	Dla dzieci o wadze do min. 40kg,		
4	Prześwietlana dla promieni X,		
5	W pokrowcu ochronnym transportowym łatwo zmywalnym,		
6	Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności.		
20. Nosze podbierakowe			
1	Muszą posiadać komplet min. 3 szt pasów zabezpieczających,		
2	Łopaty muszą być wykonane z tworzywa sztucznego,		
3	Muszą być prześwietlane dla promieni RTG w stopniu diagnostycznym,		
4	Muszą posiadać zamki z podwójną zapadką lub o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem,		
5	Muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości,		
6	Muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście,		
7	Muszą posiadać min. 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy,		
8	Waga noszy max 9 kg,		
9	Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności.		
21. Dodatkowy sprzęt medyczny			
Pompa infuzyjna			
1	Jednostrzykawkowa, przeznaczona do precyzyjnego dozowania leków i płynów infuzyjnych podczas transportu dorosłych oraz dzieci,		
2	Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe z instalacji 230V i 12 V w ambulansie ,w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do zasilania,		
3	Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy 5ml/h,		
4	Możliwość stosowania strzykawek krajowych i zagranicznych o różnych rozmiarach,		
5	Automatyczne rozpoznawanie strzykawki,		
6	Funkcja bolus umożliwiająca szybkie i wielokrotne podawanie pacjentowi dawki uderzeniowej o precyzyjnie ustawionej objętości w dowolnie wybranym momencie infuzji,		
7	Bolus automatyczny i manualny,		
8	Programowana szybkość podawania bolusa,		
9	Możliwość zmiany parametrów bolusa w trakcie trwania infuzji,		
10	Programowany próg ciśnienia okluzji – min. 3 poziomy,		

11 Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego,		
12 Możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji,		
13 Historia infuzji,		
14 Biblioteka nazw leków – możliwość zapamiętywania w pompie nazw leków,		
15 Strzykawka montowana od czoła pompy,		
16 Rama pompy nie może wysuwać się poza obudowę pompy,		
17 Dźwiękowe i optyczne sygnalizowanie sytuacji wymagających interwencji personelu,		
18 Napisy na wyświetlaczu w języku polskim,		
19 Waga do 3 kg,		
20 Uchwyt do przenoszenia pompy,		
21 Zasilanie pompy mocowanej na statywie (poza stacją dokującą) za pomocą standardowego kabla sieciowego (a nie dodatkowego zasilacza),		
22 Stacja dokująca posiadająca wbudowany system zasilania i ładowania pompy posiadająca potwierdzenie przeprowadzenia badań wytrzymałościowych – załączyć deklarację zgodności, podać markę i model stacji,		
23 Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności.		
22. Kołnierze ortopedyczne 3 szt		
1 Kołnierz uniwersalny wielorozmiarowy , jednoczęściowy,		
2 Regulacja podparcia żuchwy,		
3 Łatwy dostęp do tchawicy i żył,		
4 Przenikliwy dla promieni X,		
5 Podać markę i model, załączyć folder.		
23. Ssak mechaniczny		
1 Ręczny z nasadką do rurki intubacyjnej – z blokadą FS,		
2 Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności.		
24. Ssak przenośny		
1 Akumulatorowo-sieciowy,		
2 Zasilany i doładowywany z instalacji 12V,		
3 Wyposażony w uchwyt zapewniający bezpieczne mocowanie w ambulansie (zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1789 – podać model/markę załączyć deklarację zgodności),		
4 Z płyną regulacją siły ssania w zakresie do min. 80 kPa (800 mBar),		
5 Przepływ min. podany bez obciążenia powyżej 20 l/min.,		
6 Czas pracy ciągłej przy maksymalnym obciążeniu na zasilaniu akumulatorowym min. 30 min.,		
7 Wskaźnik naładowania akumulatora,		
8 Akumulator wbudowany w aparat,		
9 Słój na wydzielinę z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku o pojemności min.1 l., wyposażony w zawór zabezpieczający przed przepełnieniem oraz filtr bakteryjny,		
10 Waga urządzenia max. 5,5 kg,		
11 Wyposażony w torbę transportową z kieszeniami na akcesoria z możliwością noszenia na ramieniu,		
12 Podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności.		
25. Pozostałe		
1 Zestaw do przeskrórnej tracheostomii: dla dorosłych i dla dzieci. Podać markę i model, załączyć folder,		
2 Organizer/torebka na zestaw intubacyjny wraz z akcesoriami-duża. Podać markę i model, załączyć folder,		
3 Zestaw szyn Kramera w powleczeniach wykonanych z pianki poliuretanowej, 1 kpl- 14 szt. w różnych rozmiarach + torba na zestaw szyn Kramera. Podać markę i model, załączyć folder,		
4 Płachta ratownicza -podać markę i model, załączyć folder.		
26.Gwarancja, serwis		
1 Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru na podzespoły mechaniczne i wyposażenie,		
2 Okres gwarancji min. 120 miesięcy od daty od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia,		

3 Okres gwarancji minimum 24 miesiące na zabudowę medyczną i sprzęt.		
27. Inne		
1. Dodatkowo 4 szt opon /zimowe lub letnie/		
2. Młotek do wybijania szyb		

Uwaga:

1. Pojazd i jego wyposażenie musi być fabrycznie nowe, rok produkcji pojazdu 2008.
2. Pojazd musi posiadać:
 - a) kartę i książkę pojazdu
 - b) kartę gwarancyjną pojazdu
 - c) książkę gwarancyjną wyposażenia ambulansu
 - d) instrukcję obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim
 - e) świadectwo homologacji karetek w Polsce na samochód bazowy i skompletowany
 - f) świadectwo PZH na wykładzinę podłogową przedziału medycznego
 - g) inne dokumenty nie wymienione , a niezbędne do rejestracji pojazdu
3. Pojazd musi odpowiadać normom PN EN 1789 i PN EN 1865 i muszą być zgodne z wymogami określonymi w przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r /Dz.U. Nr. 32, poz 262 z 2003/ w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Załącznik Nr 3

(Pieczęć firmowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: *ambulansu sanitarnego specjalistycznego typu „R”*

Dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Oświadczamy że:

I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

II. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z uwagi na:

- 1) wyrządzenie szkody poprzez nie wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością
- 2) wszczęcie w odniesieniu do mojej firmy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości
- 3) zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego
- 4) prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez nas.
- 5) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 247 KK.

Podpis składającego oświadczenia

.....
(Pieczęć firmowa oferenta)

Załącznik nr 4

Wykaz zrealizowanych co najmniej dwóch dostaw w ciągu 3- lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia

Lp.	Przedmiot dostawy	Wartość dostawy	Data wykonania		Uwagi	Odbiorca
			Początek	Zakończenie		
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						

UWAGA : Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie.

Data i podpis oferenta

UMOWA - projekt

zawarta w dniur. w Przeworsku , pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Przeworsku ul. Szpitalna 16 , zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM",
reprezentowanym przez:: Józefa Więclawa-Dyrektora
a

.....
zwanymi dalej "WYKONAWCĄ", reprezentowanym przez;

.....
z siedzibą
.....

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ambulansu sanitarnego specjalistycznego typu „R” marki (fabrycznie nowego) z godnie z załączoną ofertą przetargową
2. WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot niniejszej umowy w stanie nadającym się do użytkowania.

§ 2

1. Strony ustalają, że dostarczenie ambulansu będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy.
2. WYKONAWCA dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w .Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16.
3. O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania WYKONAWCA ma obowiązek zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
4. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru ilościowego i jakościowego, podpisanym przez przedstawicieli Stron. Integralną część protokołu zdawczo-odbiorczego stanowią karty gwarancyjne , książka pojazdu, wyciągi ze świadectw homologacji.

§ 3

1. Ustala się cenę przedmiotu umowy w wysokości:
nettozł (słownie:)
pod. VAT - zł (słownie:)
brutto - zł..... (słownie:)
3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół, o którym mowa w § 2 ust. 4.
4. Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek WYKONAWCY w 36 równych miesięcznych ratach zgodnie z załączonym harmonogramem spłat, przy czym pierwszą ratę w kwocie 50 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty dostawy ambulansu .

§ 4

1. WYKONAWCA na przedmiot umowy udziela gwarancji na:
 - A) na perforację nadwozia na okres
 - B) na podzespoły mechaniczne i wyposażenie na okres
 - C) na zabudowę medyczną i sprzęt na okres.....
2. Strony ustalają, że serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez:
.....
.....

§ 5

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
 - za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1,
 - za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2. Strony ustalają, że w razie naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1 pkt 2 ZAMAWIAJĄCY potrąci je z wystawionych faktur.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie, o czym poinformuje WYKONAWCĘ na piśmie.

§ 7

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawo zamówieniach publicznych.

§ 9

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla Zamawiającego

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA