

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia : dostawa ambulansu specjalistycznego typu R

I. w związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi siwz a podstawie art. 38 ust. 2 p.z.p zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter do noszy głównych, spełniający wymogi normy PN EN 1789 , który posiada cztery kółka jezdne, w tym dwa skrętne?

Odpowiedź

TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, ssak przenośny akumulatorowy ze słojem na wydzielinę o pojemności 1 l z tolerancją +/- 10%, co w żaden sposób nie wpływa na jakość pracy?

Odpowiedź

TAK

ZAMAWIAJĄCY