

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy : dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatora z podziałem na zadania

ROZSTRZYgniĘCIE PROTESTU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku działając na podstawie art. 183 ust.1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych /Dz.U z 2007 roku .Nr 223 poz.11655 j.t z późn. zm./ po rozpatrzeniu złożonego w dniu 28.07.2008 r przez ARGENTA Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu ul. Przelot 24, 60-408 Poznań protestu przy udziale DIAG-MED. z siedzibą ul. Ryżowa 51 , 02-495 Warszawa w wyniku przystąpienia do postępowania

postanawia się

1. protest częściowo uwzględnić w zakresie naruszenia art. 29 ust. 2 i 3 pzp w załączniku nr.3 zadania nr. 1 , oraz w załączniku nr. 2 w poz. 1 do 17 oraz 37 do 39 modyfikując treść siwz
2. w pozostałym zakresie protest oddalić

Uzasadnienie

Wykonawca oraz uczestnik postępowania złożył protest na czynność podjętą przez Zamawiającego – treść siwz polegającą na opisie przedmiotu zamówienia z naruszeniem przepisu art. 29 ust. 2 i 3 w zw. Z art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2 polegającą na umieszczeniu testów odczynników i podłoża produkowanego tylko i wyłącznie przez spółkę bioMerieux wymagające dla swego zastosowania także aparatu spółki bioMerieux oraz umieszczenia w tym samym zadaniu aparatu *mini API* . Wykonawca powołując się na art. 7 ust. 1 , art. 22 ust. 2 i art. 29 ust. 2 i 3 pzp zarzucił Zamawiającemu doprowadzenie do ograniczenia i utrudnienia uczciwej konkurencji .

Na tej podstawie Wykonawca wniósł o uchylenie zaskarżonej czynności i zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wydzielenie do odrębnego zadania testów podłoża i odczynników znajdujących się pod poz. od 18 do 35 i od 50 do 53 oraz o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji 37-39 zadania nr. 1 załącznika nr. 2 oraz opisu urządzenia określonego w załączniku nr.3

Protest Wykonawcy oraz uczestnika postępowania zasługuje na częściowe uwzględnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr . 3 tj. analizatora bakteriologicznego oraz w zakresie poz. 1 do 17 oraz 37 do 39 załącznika nr. 2 .

Stosownie do przypisu art. 36 ust. 2 pkt. 1 pzp o dopuszczeniu składania ofert częściowych decyduje Zamawiający a nie Wykonawca, który nie może uzurpować sobie prawa rozstrzygnięcia nie tylko dopuszczania ofert częściowych ale również o kształcie poszczególnych zadań. Zamawiający dokonał podziału na zadania kierując się organizacją

pracy pracowni bakteriologicznej i obowiązującymi tam procedurami diagnostycznymi , zapewnieniem konkurencyjności ofert oraz racjonalnością zaopatrzenia Zamawiającego poprzez uniknięcie rozdrobnienia kręgu Wykonawców.

Ni zasadny jest zarzut wskazania przez Zamawiającego jednej firmy , analiza rynku wskazuje że istnieje co najmniej kilka podmiotów dysponujących opisanymi przez zamawiającego produktami. Zgodnie z aktualna linia orzecznictwa Zamawiający ma prawo wybrać i wyspecyfikować taki przedmiot zamówienia który jego zdaniem będzie najlepszy do wykonywania procedur i Zamawiający decyduje jakie produkty chce i powinien używać oraz jaki ma być zakres zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za to że część potencjalnych

Wykonawców może nie posiadać w swojej ofercie asortymentu wymagalnego w postępowaniu. Jednakże Wykonawca może uzupełnić swoją ofertę handlową dokonując zakupów u innych producentów a także składać oferty wspólne z innymi podmiotami.

Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto jak na wstępie.

ZAMAWIAJĄCY