

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16**

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : **Dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu z podziałem na zadania**

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 P.Z.P Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 w poz.1 „Test lateksowy do wykrywania czynników etiologicznych zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych” oczekuje zaoferowania testu pozwalającego na szybkie wykrycie 9 głównych antygenów odpowiedzialnych za zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych : H.influenae typu b, S.pneumoniae gr.B , N.meningitidis.gr A, C, Y i W 135, N.meningitidis gr B/E coli K1?

Odpowiedź

TAK

Pytanie 2

O jakich konkretnie podłożach pisze Zamawiający w załączniku nr.2 do SIWZ w zadaniu nr.3 w pozycji 1 i 2? Czy Zamawiający może podać dokładny skład i/lub nazwę oczekiwanych podłoży dla tych pozycji Zadania nr. 3 ? ?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje w poz. 1 podłoża – *Muller – Hinton 2 agar* , natomiast w poz. nr 2 – *Muller Hinton 2 agar + 5% krew*

ZAMAWIAJĄCY