

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia : **dostawa aparatury medycznej z podziałem na zadania**

I. W związku z otrzymanym zapytaniem jednego z wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o szerokości papieru 108 mm?

Odpowiedź

NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji,

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o wzmocnieniu regulowanym w zakresie 5/10/20 mm/Mv?

Odpowiedź

NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG oferujący szerokie pasmo rejestrowego sygnału 0,05-300 Hz, umożliwiające ustawienie filtra dolnoprzepustowego w zakresie 40,150 lub 300 Hz ?

Odpowiedź

NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o współczynniku CMRR 100 dB?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z pamięcią ostatnich 60 badań?

Odpowiedź

NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system holtera ciśnienia umożliwiając podział badania na dwa okresy pomiarowe dzień/noc?

Odpowiedź

NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system holtera ciśnienia umożliwiając przeglądanie wyników pomiarów w formie tabel, wykresów oraz zestawienia statystycznego wartości minimalnych, maksymalnych, średnich, odchylenia standardowego dla całości badania i każdego z pomiarów osobno? System wyznacza różnicę wartości dnia i nocy.

Odpowiedź

NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wewnętrzną pamięcią przebiegów EKG pozwalającą na archiwizację 100 badań EKG ?

Odpowiedź

NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuści (dotyczy system monitorowania ciśnienia) czas rejestracji większy niż 48 godzin ?

Odpowiedź

NIE - Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji

ZAMAWIAJĄCY