

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy udzielenia zamówienia : **dostawa aparatury medycznej z podziałem na zadania**

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 P.Z.P Zamawiający modyfikuje treść siwz w następujący sposób:

1. dotyczy Załącznik nr. 2 – zadanie nr. 2 (aparat EKG 12 kanałowy)

W załączniku nr.2 w formularzu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 9 w kolumnie „wymagane parametry warunki” otrzymuje brzmienie:

9.	Pasma przenoszenia sygnału EKG: 0,05-160Hz (podać) Cyfrowe filtry sygnału EKG programowane: 25,35,50 Hz (podać)
----	--

ZAMAWIAJĄCY