

Przeworsk 05.11.2008 r.

SP ZOZ II ZPP/2400/37/08

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCÓW

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zawiadamia że w wyniku postępowania przetargowego za najkorzystniejszą zostały wybrane oferty firm

W zadaniu nr 1

Emapol Sp. z o.o
80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 68

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
7	Emapol Sp. z o.o 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 68	100,00
11	BioMaxima Sp. z o.o Ul. Mareckiego 29-31 20-460 Lublin	87,44

W zadaniu nr 2

MEDICO SYSTEMS Aparatura i Serwis Zbigniew Zinkiewicz
Ul. Turystyczna 44 20-207 Lublin

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
13	MEDICO SYSTEMS Aparatura i Serwis Zbigniew Zinkiewicz Ul. Turystyczna 44 20-207 Lublin	100,00
12	Siemens Healthcare Diagnostics sp. z o.o Ul. Tytoniowa 22 04-228 Warszawa	84,07

W zadaniu nr 3

STAMAR
41-300 Dąbrowa Górnicza Ul. Perla 5

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
9	STAMAR 41-300 Dąbrowa Górnicza Ul. Perla 5	100,00
18	AQUA-MED. Sp.j Ul. Wólczańska 21290-531 Łódź	82,74

W zadaniu nr 4

PZ Cormay S.A
Ul. Wiosenna 22 05-092 Łomianki

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
2	PZ Cormay S.A Ul. Wiosenna 22 05-092 Łomianki	100,00

W zadaniu nr 5

Nie złożono oferty

W zadaniu nr 6

ARGENTA Sp. z o.o
ul. Przelot 24 60-408 Poznań

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
6	ARGENTA Sp. z o.o ul. Przelot 24 60-408 Poznań	100,00

W zadaniu nr 7

BioMaxima Sp. z o.o
Ul. Mareckiego 29-31 20-460 Lublin

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
11	BioMaxima Sp. z o.o Ul. Mareckiego 29-31 20-460 Lublin	100,00
4	AMP Polska sp. z o.o Ul. Gdyńska 31 31-323 Kraków	51,65
6	ARGENTA Sp. z o.o ul. Przelot 24 60-408 Poznań	17,86
7	Emapol Sp. z o.o 80-298 Gdańsk Ul. Budowlanych 68	89,99
9	STAMAR 41-300 Dąbrowa Górnicza Ul. Perła 5	94,28
13	MEDICO SYSTEMS Aparatura i Serwis Zbigniew Zinkiewicz Ul. Turystyczna 44 20-207 Lublin	49,49
14	LENCOMM Trade International Sp. j Ul. Wólczyńska 133 01-919 Warszawa	34,25
15	Hydrex Sp. z o.o Ul. T. Zana 4 04-313 Warszawa	79,19
18	AQUA-MED. Sp.j Ul. Wólczańska 212 90-531 Łódź	90,82

W zadaniu nr 8

Hand Prod Sp. z o.o
Ul. Leszczyńskiego 40 a 02-496 Warszawa

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
3	Hand Prod Sp. z o.o Ul. Leszczyńskiego 40 a02-496 Warszawa	100,00

W zadaniu nr 9

Emapol Sp. z o.o
80-298 Gdańsk Ul. Budowlanych 68

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
7	Emapol Sp. z o.o 80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 68	100,00
6	ARGENTA Sp. z o.o ul. Przelot 24 60-408 Poznań	74,86
17	Diag-Med. Ul.Ryżowa 51 02-495 Warszawa	52,36

W zadaniu nr 10

Emapol Sp. z o.o
80-298 Gdańsk Ul. Budowlanych 68

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
7	Emapol Sp. z o.o 80-298 Gdańsk Ul. Budowlanych 68	100,00

W zadaniu nr 11

Nie złożono oferty

W zadaniu nr 12

Farmator Sp. z o.o
87-100 Toruń Ul. Szosa Lubicka 36

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
10	Farmator Sp. z o.o 87-100 Toruń Ul. Szosa Lubicka 36	100,00
5	PPUH BioLab s.c Ul. Starzyńskiego 10/35 03-456 Warszawa	94,27
8	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Ul. Raciborska 15 40-074 Katowice	78,88
15	Hydrex Sp. z o.o Ul. T. Zana 4 04-313 Warszawa	82,49

W zadaniu nr 13

Hydrex Sp. z o.o
Ul. T. Zana 4 04-313 Warszawa

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
15	Hydrex Sp. z o.o Ul. T. Zana 4 04-313 Warszawa	100,00
10	Farmator Sp. z o.o 87-100 Toruń Ul. Szosa Lubicka 36	96,47
1	APR Marketing Sp. z o.o 04-881 Warszawa Ul. Patriotów 179/181	60,40

W zadaniu nr 14

Farmator Sp. z o.o
87-100 Toruń Ul. Szosa Lubicka 36

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
10	Farmator Sp. z o.o 87-100 Toruń Ul. Szosa Lubicka 36	100,00
1	APR Marketing Sp. z o.o 04-881 Warszawa Ul. Patriotów 179/181	97,03
8	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Ul. Raciborska 15 40-074 Katowice	90,77

W zadaniu nr 15

LENCOMM Trade International Sp. j
Ul. Wólczyńska 133 01-919 Warszawa

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	liczba punktów w kryterium cena 100 %
14	LENCOMM Trade International Sp. j Ul. Wólczyńska 133 01-919 Warszawa	100,00
11	BioMaxima Sp. z o.o Ul. Mareckiego 29-31 20-460 Lublin	78,62
7	Emapol Sp. z o.o 80-298 Gdańsk Ul. Budowlanych 68	55,07

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- treść ofert odpowiada treści SIWZ zgodnie z art.82 ust.3 Pzp.
- wybrane oferty uzyskały największą ilość punktów 100 , przy kryterium oceny: Cena brutto oferty – 100%.

II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 /Dz.U.z 2007 Nr 223, poz 1655 z późniejszymi zmianami. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Przeworsku zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy.

1. Biro Handlowo Usługowe
Danuta Brzozowska
90-312 Łódź
Pl. Zwycięstwa 2

w części dotyczącej :

zadania nr. 13 (odczynniki serologii grup krwi - 2)

Podstawa faktyczna

W zadaniu nr. 13 Zamawiający wymagał zaoferowania w poz.3 odczynnika monoklinalnego anty D-Igm (2 różne kolony w tym co najmniej jeden nie wykrywający antygenu D kategorii VI). Wykonawca zaoferował odczynnik anty D Blend który nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego, w związku z czym treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści siwz.

Podstawa prawna:

art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.z 2007 Nr 223, poz 1655 z późniejszymi zmianami

2. PPUH BioLab s.c
Ul. Starzyńskiego 10/35
03-456 Warszawa

w części dotyczącej :

zadania nr. 13 (odczynniki serologii grup krwi - 2)

Podstawa faktyczna

W zadaniu nr. 13 Zamawiający wymagał zaferowania w poz.3 odczynnika monoklinalnego anty D-Igm (2 różne kolony w tym co najmniej jeden nie wykrywający antygenu D kategorii VI). Wykonawca zaferował odczynnik anty D Blend który nie spełnia wymagań stawianych przez Zamawiającego, w związku z czym treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści siwz.

Podstawa prawna:

art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.z 2007 Nr 223, poz 1655 z późniejszymi zmianami

ZAMAWIAJĄCY