

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16**

Dotyczy wyjaśnienia **NR . 1** siwz w postępowaniu na :

- **dostawę aparatury i narzędzi do zabiegów urologicznych, chirurgicznych i laparoskopowych z podziałem na zadania**

W związku z otrzymanym zapytaniem jednego z wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy SIWZ , załącznik nr 2 zadanie nr 3 poz. 1

Pytanie nr. 1

Czy Zamawiający dopuści -

Insuflator - maksymalny przepływ gazów min 30 l/min, podgrzewanie gazu , maksymalne ciśnienie odmy 25 mm Hg, opcja podgrzewania gazu CO 2 do temp. 37oC, zestaw filtrów hydrofobowych sterylnych min. 25 szt. , wyświetla wszystkie parametry na ekranie monitora.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ

Dotyczy SIWZ , załącznik nr 2 zadanie nr 4 poz. 1

Pytanie nr. 2

Czy Zamawiający dopuści przewód z wtykiem do próżni o długości 2 m?

Odpowiedź

NIE – Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ

Pytanie nr. 3

Czy Zamawiający dopuści zamiast zbiornika zabezpieczającego z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym mocowanym bezpośrednio do regulatora filtr hydrofobowy zabezpieczający przed zalaniem mocowany bezpośrednio do regulatora?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zbiornika wielorazowego o pojemności 2 litrów , który współpracuje z wkładami 2 l jednorazowymi wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

z poważaniem
Jacek Wlazło