

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16**

Dotyczy wyjaśnienia **NR . 1** siwz w postępowaniu na :

- **dostawa stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego oraz fotela ginekologicznego**

W związku z otrzymanym zapytaniem jednego z wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego .

Pytanie nr. 1

W przypadku, kiedy producent zaoferuje stół wysokiej jakości z napędem elektrohydraulicznym, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ofert bez napędu alternatywnego, który w tym momencie jest zbędny?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający mając na uwadze troskę o życie i zdrowie pacjentów podtrzymuje wymagania SIWZ dotyczące napędu alternatywnego

Pytanie nr. 2

Czy Zamawiający dopuści stół z alternatywnym napędem sterowanym z panelu wbudowanego w kolumnę stołu ?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ dotyczące napędu alternatywnego.

Pytanie nr. 3

Czy Zamawiający wymaga , aby w systemie elektrohydraulicznym segment pleców był sterowany również elektrohydraulicznie ?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający jasno określił swoje wymagania względem regulacji segmentów blatu w zestawieniu parametrów i warunków wymaganych

Pytanie nr. 4

Czy Zamawiający wymaga , aby w systemie elektrohydraulicznym segment nożny był sterowany również elektrohydraulicznie ?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający jasno określił swoje wymagania względem regulacji segmentów blatu w zestawieniu parametrów i warunków wymaganych

Pytanie nr. 5

Czy Zamawiający wymaga , aby w systemie elektrohydraulicznym przesuw wzdłużny był sterowany również elektrohydraulicznie ?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający wymaga aby przesuw wzdłużny uzyskiwany był ręcznie w zakresie opisanym w SIWZ.

Pytanie nr. 6

Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa Zamawiający wymaga, aby podstawa stołu była blokowana przez system elektrohydrauliczny?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza elektrohydrauliczną blokadę podstawy stołu

Pytanie nr. 7

Czy Zamawiający wymaga aby w różnych konfiguracjach blatu wszystkie segmenty, w tym podgłówek i podnóżki były regulowane elektrohydraulicznie ?

Odpowiedź.

Zamawiający jasno określił swoje wymagania względem regulacji segmentów blatu w zestawieniu parametrów i warunków wymaganych

Pytanie nr. 8

Czy Zamawiający wymaga aby stół posiadał podstawę i kolumnę wykonane ze stali nierdzewnej a blat z nierdzewnego aluminium

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający jasno określił swoje wymagania względem konstrukcji stołu w zestawieniu parametrów i warunków wymaganych

Pytanie nr. 9

Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją wysokości w zakresie od 700 do 1150 mm co jest parametrem lepszym od zapisanego ?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr. 10

Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją segmentu pleców w zakresie od - 80 st do - 90 st ?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr. 11

Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją podgłówka w zakresie od - 60 st do + 45 st ?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr. 12

Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją przechyłów Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie +/- 40 st. ?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr. 13

Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją podnóżków od – 90 st do – 30 st ?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr. 14

Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją przesuwu wzdłużnego w zakresie ok. 300 mm ?

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza parametru przesuwu blatu-„...ok.300 mm”.

Dotyczy fotela ginekologicznego

Pytanie nr. 1

Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości siedziska 600 mm?/

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr. 2

Czy Zamawiający dopuści fotel o wysokości siedziska 900 mm?/

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

z poważaniem
Jacek Wlazło