

Uczestnicy postępowania przetargowego

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16**

Dotyczy udzielenia zamówienia : **dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania**

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 P.Z.P Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy Zadanie nr 1 Testy Diagnostyczne

Pytanie 1

Poz. 6 – czy test do ozn. mononukleozy powinien zawierać w zestawie kontrolę dodatnią?

Odpowiedź

Test do ozn. mononukleozy może zawierać w zestawie kontrolę dodatnią ale nie musi.

Pytanie 2

2) Poz. 8, 9, 16 – czy należy przyjąć 1 ozn. = 1 ml, czy też Zamawiający wykonuje badania metodą połówkową 1 ozn. = 0,5 ml?

Odpowiedź

Należy przyjąć 1 ml = 1 ozn.

Pytanie 3

3) Poz. 12 – prosimy o dopuszczenie testu o czułości 20 mIU/ml hCG.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza testu którego czułość jest wyższa niż 10 mIU/ml hCG.

Pytanie 4

4) Poz. 13 – prosimy o podanie ilości i o jakie parametry chodzi Zamawiającemu. Czy Zamawiający zaakceptuje test 10-parametrowy, zawierający: AMP, BAR, BZD, COC, MET, MOP, MTD, Ecstasy, TCA, THC?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w panelu narkotyków min 4 parametry i barbituranów min. 2 parametry, Zamawiający zaakceptuje test 10-parametrowy.

Dotyczy Zadanie nr 6 żele do elektroforezy

Pytanie 5

5) Proszę o podanie na jakim sprzęcie do elektroforezy (nazwy densytometru i komory) będą wykonywane badania.

Odpowiedź

Sprzęt do elektroforezy na którym będą wykonywane badania to;

- Densytometr firmy Marcel
- Komora – firmy Helena Lab.

ZAMAWIAJĄCY