

Warszawa, dnia 31 październik 2007 roku

Sygnatura: PDAW000131102007[0351-P-2007]

**Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16

37-200 Przeworsk

Nr fax.: 0166487219

Poczta elektroniczna: [zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl](mailto:zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl)

**Protestujący:**

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej „ANES-MED” Sp. z o.o.

01-368 Warszawa, ul. Jamesa Joyce'a 2A

Tel.: +48 (022) 646 72 87 Fax.: +48 (022) 211-12-61

Poczta elektroniczna: [przetargi@anesmed.pl](mailto:przetargi@anesmed.pl)

**Dotyczy:**

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
„Dostawę aparatu do znieczuleń z zestawem monitorującym”

Przetarg nieograniczony SP ZOZ ZZP II 2400/42/07

## PROTEST

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.), Wykonawca, firma P.T.M. ANES – MED Sp. z o.o., składa protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, polegających w szczególności na:

1. sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób naruszający przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez określenie parametrów granicznych w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Czynnościom zamawiającego zarzucamy:

Naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 w związku z niedopełnieniem wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez nie zapewnienie uczciwej konkurencji oraz równego

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej  
„ANES – MED” Sp. z o.o.  
01-368 Warszawa, ul. Jamesa Joyce'a 2A  
tel. +48 022 646 72 87, +48 022 344 59 05  
NIP: 521-29-04-683, REGON: 012110908  
KRS: 0000157345, EB: [www.anesmed.pl](http://www.anesmed.pl)  
- DMIZ-02



1

traktowania wykonawców, w związku z określeniem parametrów granicznych w Załączniku nr 2 do SIWZ (Aparat do znieczuleń z zestawem monitorującym / Zestawienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych) w sposób, który powoduje niczym nieuzasadnione ograniczenie liczby potencjalnych Wykonawców.

Niczym nieuzasadnione parametry graniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bezzasadnie ograniczają zakres wykonawców, którzy posiadają organizacyjne i finansowe podstawy pozwalające na realizację zamówienia.

Na skutek powyższych czynności Zamawiającego interes prawny Protestującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku.

W przypadku prawidłowego działania Zamawiającego Protestujący mógłby ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, gdyż spełnia wymogi zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w skutek niezgodnych z ustawą działań Zamawiającego traci możliwość złożenia oferty w postępowaniu.

Powyższe niezbicie dowodzi naruszenia interesu prawnego Protestującego w uzyskaniu zamówienia i stanowi wystarczającą przesłankę do skorzystania przez Protestującego ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

#### UZASADNIENIE

Podstawową zasadą udzielania zamówień publicznych jest zasada wyrażona w art. 7 Ustawy, tj. zasada uczciwej konkurencji oraz zasada równego traktowania wykonawców. Rozwinięciem zasady uczciwej konkurencji są przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), a także przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 ze zm.). Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. utrudnianie dostępu do rynku.

Analizując parametry graniczne wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszące się do parametrów jakimi powinien charakteryzować się oferowany aparat do znieczuleń, stwierdzić należy, iż w konsekwencji faworyzują one firmę LIFEMED, jedyne przedstawiciela firmy Spacelabes w Polsce, co jest sprzeczne z wyżej wymienionymi zasadami, do stosowania których zobowiązany jest Zamawiający. Tak sformułowane wymagania uniemożliwiają zarówno uczciwą konkurencję oraz dostęp do tego zamówienia szerokiemu gronu oferentów. Obowiązki, jakie wynikają z przepisów art. 7 i art. 29 ustawy PZP, odnoszą się do Zamawiającego. Z przepisów tych wynika



wprost, że przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób obiektywny, a co za tym idzie, z pominięciem wszelkich sformułowań i parametrów technicznych, które wskazywałyby na konkretny wyrób czy Wykonawcę. Kierowanie się innymi kryteriami jest niedopuszczalne. Podnoszone często przez Zamawiających argumenty, że przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia kryteria oceny ofert mają doprowadzić do zakupu produktu, który zapewni Zamawiającemu maksymalną użyteczność, należy poddać w wątpliwość. Tego typu działania prowadzą w przeważającej większości postępowań do wskazania preferowanego towaru czy wykonawcy, nie mając uzasadnienia klinicznego oraz ekonomicznego. Należy zwrócić uwagę, iż preferowany sprzęt medyczny jest zazwyczaj droższy od urządzeń mających podobne parametry, oferowanych przez innych wykonawców. Prowadzi to do naruszenia podstawowych zasad określonych przepisami prawa, w tym zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w rozdziale II.

Zespół Arbitrów UZP w dniu 18-12-2003r., w sprawie sygn. akt UZP/ZO/0-2098/03 ZPO 2004/4/15 orzekł co następuje: „nie można (...) mówić o jednakowym traktowaniu wszystkich oferentów lub zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, jeżeli przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego”. Ponadto, zgodnie z orzeczeniem Zespołu Arbitrów z dnia 30-12-2003r., sygn. akt UZP/ZO/0-2185/03 ZPO 2004/4/16, „zarzut naruszenia zasady uczciwej konkurencji ma rację bytu wówczas, gdy zapisy specyfikacji są określone w sposób, który z góry eliminuje z postępowania dostawców nie związanych umowami z jednym producentem jednego z leków, określonego w specyfikacji”.

Wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia parametry graniczne naruszają zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zapisy Załącznika II powodują, iż oczekiwane parametry techniczne są podporządkowane konkretnym urządzeniom produkowanym przez konkretnych producentów. Wskazane przez Zamawiającego parametry graniczne łącznie może spełnić jedynie aparat SIRIUS firmy Spacelabes reprezentowanej na rynku polskim przez firmę LIFEMED. „Zamawiający winien unikać wszelkich sformułowań i parametrów, które by wskazywały na konkretne urządzenie lub konkretnego producenta. Trudno mówić o zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, gdy przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretne urządzenie, przy czym wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, aby mógł je spełnić tylko jeden wykonawca lub konkretny produkt” (za „Analiza orzeczeń zespołów arbitrów”, Wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006, str.80).

Mając to na uwadze Protestujący wnosi o doprowadzenie postępowania do zgodności z przepisami Ustawy poprzez modyfikację parametrów granicznych zawartych w Załączniku Nr 2 do SIWZ, w szczególności zmianę wskazanych pozycji:



**SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW, Punkt 3**

z: Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ świeżych gazów od 100 ml/min.

na: *Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ świeżych gazów od 300 ml/min.*

**UKŁAD ODDECHOWY, Punkt 5**

z: Układ obiegu pochłaniacza pozwalający na zmianę stężenia CO<sub>2</sub> w układzie oddechowym.

na: *Układ uszczelniający pochłaniacz w trakcie wymiany wapna*

**RESPIRATOR ANESTETYCZNY – Tryb wentylacji, Punkt 6**

z: SIMV + PS

na: *SIMV, PS*

**RESPIRATOR ANESTETYCZNY – Regulacje, Punkt 2**

z: Regulacja częstości oddechu minimum od 2 do 90 1/min

na: *Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 90 1/min*

Punkt 4, z: Regulacja ciśnienia PEEP w zakresie minimum od 3 do 20 cmH<sub>2</sub>O.

na: *Regulacja ciśnienia PEEP w zakresie minimum od 4 do 20 cmH<sub>2</sub>O*

Punkt 6, z: Regulowane wyzwalanie przepływowe oddechów spontanicznych i wspomaganych w zakresie 5-15 l/min.

na: *Regulowane wyzwalanie przepływowe oddechów spontanicznych i wspomaganych*

Punkt 7, z: Regulowane ciśnienie wspomaganie PS od 5-30 cmH<sub>2</sub>O

na: *Regulowane ciśnienie wspomaganie PS od 5-20 cmH<sub>2</sub>O powyżej poziomu PEEP*

Punkt 8, z: Regulowana objętość westchnień.

na: *Objętość westchnień 1,5 x V nastawionej z możliwością regulacji częstości westchnień.*



**RESPIRATOR ANESTETYCZNY – Pomiar i obrazowanie, Punkt 5**

z: Dopływu świeżych gazów.

na: *Kompensacje dopływu świeżych gazów*

**RESPIRATOR ANESTETYCZNY – Prezentacja graficzna, Punkt 1**

z: Obrazowanie na ekranie aparatu do wyboru: krzywej ciśnienia i przepływu w drogach oddechowych.

na: *Obrazowanie na ekranie aparatu do wyboru: krzywej ciśnienia i przepływu lub objętości w drogach oddechowych.*

Punkt 2, z: Obrazowanie na ekranie aparatu do wyboru pętli oddechowej: ciśnienie/objętość i przepływ/objętość oraz zapamiętywanie do 6 pętli w celu oceny zmian stanu pacjenta.

na: *Obrazowanie na ekranie aparatu pętli oddechowej: ciśnienie/objętość z możliwością zamrożenia krzywej w celu oceny zmian stanu pacjenta.*

**MONITOR PACJENTA – EKG i Respiratora, Punkt 2**

z: Zakres pomiarowy częstości oddechów co najmniej 0-200 R/min.

na: *Zakres pomiarowy częstości oddechów co najmniej 0-100 R/min.*

**MONITOR PACJENTA – Saturacja (SPO<sub>2</sub>), Punkt 2**

z: System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale oraz pomiar saturacji w dwóch miejscach (po wstawieniu drugiego modułu).

na: *System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale*

**Jednocześnie Protestujący wnosi o wykreślenie :****RESPIRATOR ANESTETYCZNY – Alarmy stałe, Punkt 4**

- PEEP

Pragniemy zaznaczyć, iż błędna ocena ofert oraz nieuzasadnione odrzucenie oferty jest rażącym naruszeniem ustawy w rozumieniu art. 146 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP i stanowi przesłankę nieważności umowy.



Jednocześnie podkreślić należy, że działanie Zamawiającego rażąco narusza zasady określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W art. 3 ust. 2 wskazanej ustawy pośród wymienionych czynów mających znamiona nieuczciwej konkurencji, ustawodawca wymienia również: „utrudnianie dostępu do rynku” – co niewątpliwie ma miejsce w przedmiotowym zamówieniu.

W świetle powyższej argumentacji Protestujący pragnie zaznaczyć, iż oferowany przez niego wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego firmy PENLON Ltd. spełnia wszelkie wymogi i standardy obowiązujące w anestezjologii i intensywnej terapii i jest znacznie tańszy w zakupie jak i serwisie, a stosowanie wskazanych praktyk przez Zamawiającego w jawny sposób utrudnia uczciwą konkurencję, utrudnia dostęp do rynku, prowadząc jednocześnie do naruszenia zasad dysponowania środkami publicznymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Wykonawca przypomina, iż głównym założeniem ustawy Prawo zamówień publicznych jest zapewnienie oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zasad dyscypliny finansów publicznych. Artykuł 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazując katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych związanych z udzielaniem zamówienia wskazuje związane bezpośrednio z prowadzeniem postępowania, w tym wyborem najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający prowadząc postępowanie ma obowiązek gospodarować środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, która obliuguje dysponentów funduszy publicznych do **wydatkowania środków rzetelnie, celowo i oszczędnie.**

Wykonawca informuje, iż w razie nieuwzględnienia przez Zamawiającego protestu skorzysta z przysługującego mu prawa do wniesienia wniosków o kontrolę postępowania do właściwych organów kontroli. W razie dalszego naruszania przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcałoży stosowne zawiadomienie do Prezesa Urzędu Zamówień, Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w celu zbadania rzeczonego postępowania.

Wskazując na powyższe, Protestujący wnosi o uwzględnienie protestu oraz:

- 1). Doprowadzenie postępowania do zgodności z przepisami Ustawy poprzez modyfikację parametrów granicznych zawartych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

W związku z faktem, że informację stanowiącą podstawę do wniesienia protestu otrzymaliśmy w dniu 29 października 2007 roku niniejszy protest został złożony w terminie.

W załączeniu Protestujący przesyła:

- Kserokopię KRS (poświadczoną za zgodność z oryginałem);

Protest wraz z załącznikami składa się z .....<sup>14</sup>..... kolejno ponumerowanych stron.

Otrzymują:

- Zamawiający

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej  
**ANES – MED** Sp. z o.o.  
 01-368 Warszawa, ul. Jamesa Joyce'a 2A  
 tel. +48 022 646 72 87, +48 022 844 59 05  
 NIP: 521-29-04-683, REGON: 012110908  
 KRS: 0000157345, EB: [www.anesmed.pl](http://www.anesmed.pl)  
 - DMIZ-02

*[Handwritten signature]*  
 Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej  
**ANES – MED**  
 Warszawa Spółka z o.o.  
 01-368-29

:::K O P I A:::

CODO WA/15.10/283/2007 Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA Strona 1 z 7

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI  
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
ul. Barska 28/30  
Warszawa


K O P I A

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 15.10.2007 godz. 11:53:06

Numer KRS: **0000157345**

**ODPIS AKTUALNY**  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW



Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:	01.04.2003		
Odstąpił wpisać:	Numer wpisu:	5	Data dokonania wpisu:
			01.08.2007
	Sygnatura akt:	WA.XIII NS-REJ.KRS/21543/07/58	
	Oznaczenie sądu:	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Numer REGON/NIP	REGON: 012110908, NIP: --
3. Imię / pod którą spółka działa	PRZEDSIĘBIORSTWO "TECHNIKI MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4. Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 29-15 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	--

Rubryka 2 - Siedziba - adres podmiotu	
1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2. Adres	ul. JAMESA JOYCEA, nr 2 A, lok. ---, kod 01-368, poczta WARSZAWA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	


*[Signature]*  
Za zgodność z oryginałem

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej  
„ANES - MED” Sp. z o.o.  
01-368 Warszawa, ul. Jamesa Joyce'a 2A  
tel. +48 022 646 72 87, +48 022 844 59 05  
NIP: 521-29-04-683, REGON: 012110908  
KRS: 0000157345, EB: [www.anesmed.pl](http://www.anesmed.pl)  
- DM12-02



:::KOPIA:::

KOPIA

CODO	WA/15.10/283/2007	Operator: JEDRZEJEWSKA MARJA	Strona 2 z 7
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki:	1.	25.10.1951 R. - AKT ZAŁOZYCIELSKI, NOTARIUSZ MIROSLAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA NR 71 W WARSZAWIE, REP. A NR 7346/91; 05.03.2003 R. - AKT NOTARIALNY - ASEBOR NOTARIALNY WOJCIECH SZCZYPKOWSKI ZASTĘPCA DOROTY KAŁOWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2058/2003, ZMIANA §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, DODANO §§ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, TEKST JEDNOLITY	
	2.	23.11.2006 R., REPERTORIUM A NR 9925/2006, WOJCIECH SZCZYPKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA: § 9 UST. 1, § 10, § 18 PUNKT 12) § 22	

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka:	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki:	----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub udziałowcom uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	-----
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	-----

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1.	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	NIEDBAŁA
	2. Imię	WIESŁAW JANUSZ
	3. Numer PESEL/REGON	5102502338
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	459 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 229.500 ZŁOTYCH
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.	Wysokość kapitału zakładowego	250 000,00 zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
Brak wpisów		



Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej  
**„ANES – MED” Sp. z o.o.**  
 01-368 Warszawa, ul. Jamesa Joyce'a 2A  
 tel. +48 022 646 72 87, +48 022 844 59 05  
 NIP: 521-29-04-683. REGON: 012110908  
 KRS: 0000157345. EB: www.anesmed.pl  
 - DMIZ-02

Za zgodność z oryginałem

:::K O P I A:::

K O P I A


CODo WA/15.10/283/2007 Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA Strona 3 z 7

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów



Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu:	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu:	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1: Dane osób wchodzących w skład organu	
1. Nazwisko / Nazwa lub Firma:	NIEBĄŁA
2. Imię:	WIESŁAW JANUSZ
3. Numer PESEL / REGON:	51021502338
4. Numer KRS:	***
5. Funkcja w organie reprezentującym:	PREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7. Data do jakiej została zawieszona:	---

Rubryka 2 - Organ nadzoru:

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci:

1. Nazwisko:	SZYKUŁA
2. Imię:	MARCIN ALEKSANDER
3. Numer PESEL:	86010801057
4. Rodzaj prokury:	SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności:

Za zgodność z oryginałem

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej  
 „ANES - MED” Sp. z o.o.  
 01-368 Warszawa, ul. Jamesa Joyce'a 2A  
 tel. +48 022 646 72 87, +48 022 844 59 05  
 NIP: 521-29-04-683, REGON: 012110908  
 KRS: 0000157345, EB: www.anesmed.pl  
 - DMIZ-02

:::KOPIA:::

KOPIA

CODO	WA/15.10/283/2007	Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA	Strona 4 z 7
1	Przedmiot działalności przedsiębiorcy	33, 10, A, PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ	
2		33, 10, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO	
3		33, 20, A, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ	
4		33, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH	
5		74, 20, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO	
6		74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE	
7		72, 10, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	
8		72, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA	
9		72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH	
10		72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH	
11		72, 60, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ	
12		22, 1, , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA	
13		22, 2, , DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA	
14		22, 3, , REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI	
15		51, 6, , SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA	
16		51, 5, , SPRZEDAŻ HURTOWA PÓLPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ŻŁOMU	
17		51, 70, , POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA	
18		51, 1, , SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE	
19		52, 4, , POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH	
20		63, 1, , PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW	
21		71, 3, , WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ	
22		74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA	
23		74, 40, Z, REKLAMA	
24		74, 84, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW	
25		93, 05, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA	
26		51, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA	
27		51, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU	
28		90, 41, , KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH : POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA	
29		29, 24, A, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ	
30		29, 24, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA	
31		29, 56, A, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ	
32		29, 56, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA	
33		31, 10, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI	



Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej  
**ANES - MED** Sp. z o.o.  
 01-368 Warszawa, ul. Jamesa Joyce'a 2A  
 tel. +48 022 646 72 87, +48 022 844 59 05  
 NIP: 521-29-04-683, REGON: 012110908  
 KRS: 0000157345, EB: [www.ONESMED.pl](http://www.ONESMED.pl)  
 - DMIZ-02

Za zgodność z oryginałem

A1

:::KOPIA:::

KOPIA

CODO WA/15.10/293/2007 Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA Strona 5 z 7

I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW	
34	31, 2, , PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35	31, 5, , PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIELENIEWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH
36	31, 62, E, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDEKS NIE SKŁASYFIKOWANA
37	32, 3, , PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEN DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ AKCESORIÓW DO SIŁY
38	64, 20, C, TRANSMISJA DANYCH : TELEINFORMATYKA
39	64, 20, F, TELEWIZJA KABLOWA
40	64, 20, G, POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
41	74, 81, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
42	74, 60, , DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
43	33, 3, , PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
44	33, 2, , PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAVIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	30.05.2005	01.01.2004-31.12.2004
	2	17.07.2007	2005
	3	17.07.2007	2006
2. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2004-31.12.2004
	2	*****	2005
	3	*****	2006
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2004-31.12.2004
	2	*****	2005
	3	*****	2006

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

*[Signature]*  
 Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej  
 ANES - MED Sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej  
**ANES - MED** Sp. z o.o.  
 01-368 Warszawa, ul. Jamesa Joyce'a 2A  
 tel. +48 022 646 72 87, +48 022 844 59 05  
 NIP: 521-29-04-683, REGON: 012110908  
 KRS: 0000157345, EB: www.anesmed.pl  
 - DM17-02

Za zgodność z oryginałem

:::K O P I A:::

## KOPIA

CODo	WA/15.10/283/2007	Operator: JEDRZEJEWSKA MARIA	Strona 6 z 7
Rubryka 2 - Wierzytelność			
Brak wpisów			
Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym, poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania			
Brak wpisów			
Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych			
Brak wpisów			
Dział 5			
Rubryka 1 - Kurator			
Brak wpisów			
Dział 6			
Rubryka 1 - Likwidacja			
Brak wpisów			
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki			
Brak wpisów			
Rubryka 3 - Nie dotyczy			
Brak wpisów			
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu			
Brak wpisów			
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym			
Brak wpisów			



Za zgodność z oryginałem

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej  
**ANES - MED** Sp. z o.o.  
 01-368 Warszawa, ul. Jamesa Joyce'a 2A  
 tel. +48 022 646 72 87, +48 022 644 59 05  
 NIP: 521-29-04-683, REGON: 012110908  
 KRS: 0000157345, EB: [www.anesmed.pl](http://www.anesmed.pl)  
 - DMIZ-02

:::K O P I A:::

K O P I A

CODO	WA/15.10/263/2007	Operator: JĘDRZEJEWSKA MARIA	Strona 7 z 7
------	-------------------	------------------------------	--------------

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów



Warszawa, 15.10.2007 godz: 11:53:07

Podpis

*Jędrzejewska*  
JĘDRZEJEWSKA MARIA

*[Signature]*

Za zgodność z oryginałem

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej  
„ANES – MED” Sp. z o.o.  
01-368 Warszawa, ul. Jamesa Joyce’a 2A  
tel. +48 022 646 72 87, +48 022 644 59 05  
NIP: 521-29-04-683, REGON: 012110908  
KRS: 0000157345, EB: [www.gnesmed.pl](http://www.gnesmed.pl)  
- DMIZ-02

Bardzo prosimy o zwrot na nr faks:+48 022 211 12 61

**POTWIERDZENIE ODBIORU KORESPONDENCJI**

**Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16

37-200 Przeworsk

Nr fax.: 0166487219

Poczta elektroniczna: [zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl](mailto:zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl)

**Protestujący:**

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej „ANES-MED” Sp. z o.o.

01-368 Warszawa, ul. Jamesa Joyce’a 2A

Tel.: +48 (022) 646 72 87 Fax.: +48 (022) 211-12-61

Poczta elektroniczna: [przetargi@anesmed.pl](mailto:przetargi@anesmed.pl)

**Dotyczy:**

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
„Dostawę aparatu do znieczuleń z zestawem monitorującym”

Przetarg nieograniczony **SP ZOZ ZZP II 2400/42/07**

Niniejszym jako Zamawiający potwierdzam odbiór protestu nr: PDAW000131102007[0351-P-2007]

Protest wpłynął dnia: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ o godz.: \_\_\_\_ : \_\_\_\_ . Jest czytelny.

Składa się z ..... kolejno ponumerowanych stron.

ZAMAWIAJĄCY – pieczęć i podpis

\_\_\_\_\_

