

Uczestnicy postępowania przetargowego

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16**

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do znieczuleń z zestawem monitorującym

**I. Na podstawie art. 38 ust. 2 P.Z.P Zamawiający wyjaśnia:
Dotyczy : projekt umowy**

Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie wymagał alarmu niskiej i wysokiej objętości oddechowej Vt?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga funkcji o której mowa w pytaniu

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z wysokiej jakości respiratorem, który nie obrazuje wartości podatności układu pacjenta , ale zgodnie z innym wymogiem SIWZ realizuje kompensację podatności i dopływu świeżych gazów? /Podatność układu dla danego aparatu jest zazwyczaj wielkością stałą/

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści aparatu z opisanymi parametrami

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści pomiar parametrów mechaniki oddechowej w monitorze pacjenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści aparatu z opisanymi parametrami

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści stabilne mocowanie monitora na wysięgniku po lewej stronie aparatu lub na górnej półce?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści aparatu z w/w opisem.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści monitor dostosowany do pracy w sieci monitorującej, ale bez możliwości połączenia bezpośrednio do sieci komputerowej szpitala?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści monitor z w/w opisem.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści monitor z zapisem 4 pętli spirometrycznych?

Odpowiedź

Odpowiedź zawarta jest w załączniku nr. 2 w tytule „Prezentacja graficzna” pkt. 2

Zamawiający