

**Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  
37-200 Przeworsk  
ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy postępowania  
przetargowego**

Dotyczy wyjaśnienia **NR . 1** siwz w postępowaniu na :

- **dostawę materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji**

W związku z otrzymanymi zapytaniami od wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz

Pytanie nr. 1

Dotyczy załącznik nr. 2 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w w/w pozycji rękawy z fałdą 400x60x100?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr. 2

Dotyczy załącznik nr. 2 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w w/w torebki o rozmiarach 70x230, 100x240, 90x230, 130x250?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty zgodne z normami PNEN 868-3 , PNEN 868-5. ? Parametry podane w siwz ( poz.1,2 oraz 3 )przekraczają wymagania zawarte w normach.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ.

Pytanie nr. 4

Czy w pkt. 5 poz. 5 Zamawiający dopuści złożenie oferty na rękaw o szerokości 210 mm zamiast 200 mm?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY